

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Θ. Αναστασιάδης
Τηλέφωνο : 2313 326693
Fax : 2310 347310
E-mail : th.anastasiadis@ekab.gr

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2016
Α.Π. 10313

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 514/16-11-16** αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑΜ:16REQ005416190 2016-11-21 και με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:7ΑΞ5ΟΡ1Π-ΚΚΧ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών.

Αριθμός Αιτήματος	Προμήθεια	Ποσότητα ΤΕΜ	Τελική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη Έως	Πληροφορίες
514 16/11/16 CPV: 33196000-0 ΚΑΕ: 1489	1.WM 22520 Πλήρες αναπνευστικό κύκλωμα ασθενούς , για τον αναπνευστήρα τύπουWEINMANN Medumat Standard ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ WEINMANN Medumat Standard, ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW	8	Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 10:00 π.μ.	1.984,00 €	Επιτροπή διαγωνισμού: Νικολαΐδου Γεωργία Τηλ. 2313 326643 Email g.nikolaidou@ekab.gr Λαουμτζή Αικατερίνη b.christidou@ekab.gr Τηλ. 2313 326694 Μπαλάσκα Μαρίνα Τηλ. 2313 326602 Email:m.mpalaska@ekab.gr

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 55535 Τηλ. 2313 326620 Φαξ 2310 347310 με την ένδειξη: **“Διαγωνισμός προμήθειας Υγειονομικού υλικού με ΑΕ 514/2016”**

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
ΧΡΥΣΗ ΜΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

16PROC005421518 2016-11-21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαγωνισμός προμήθειας Υγειονομικού υλικού με ΑΕ 514/2016

Είδος περιγραφή	Ποσότητα ΤΕΜ	Τιμή μονάδας	Σύνολο	ΦΠΑ	Τελικό σύνολο
1.WM 22520 Πλήρες αναπνευστικό κύκλωμα ασθενούς , για τον αναπνευστήρα τύπουWEINMANN Medumat Standard ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ WEINMANN Medumat Standard, ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW	8				
Γενικό σύνολο					

/ /2016

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή - σφραγίδα)

181. Πλήρες κύκλωμα ασθενούς για τον αναπνευστήρα τύπου Weinmann Medumat Standard

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων
- Να λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας έως 45 °C και υγρασίας 95%
- Η διάμετρος του ακροφυσίου της μάσκας του σωλήνα εισπνοής/ενδοτραχειακού σωλήνα της βαλβίδας ασθενούς, να είναι 15mm (θηλυκό συνδετικό) και 22 mm (αρσενικό συνδετικό)
- Η διάμετρος του σωλήνα εκπνοής της βαλβίδας ασθενούς να είναι 30 mm (θηλυκό συνδετικό)
- Ο σωλήνας αερισμού να έχει διάμετρο 8 mm
- Η αντίσταση του σωλήνα ασθενούς να είναι:
 - > Για την εισπνοή: <22.4 mbar στα 60 l/min
 - > Για την εισπνοή: <7.15 mbar στα 30 l/min
 - > Για την εισπνοή: <0.72 mbar στα 5 l/min
 - > Για την εκπνοή: <3.46 mbar στα 60 l/min
 - > Για την εισπνοή: <1.54 mbar στα 60 l/min
 - > Για την εισπνοή: <0.24 mbar στα 60 l/min
- Το αναπνευστικό σύστημα να έχει αντίσταση αμελητέα
- Ο νεκρός χώρος της βαλβίδας ασθενούς να είναι 8 ml
- Τα χρησιμοποιούμενα υλικά να είναι βιοσυμβατά: PC, PVC, silicone, polypropylene, polystyrene, ethylene-vinyl acetate, K-Resin
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.