

Αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο για τη λήψη ΗΚΓ, ενηλίκων

- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς ενήλικες.
- Να διαθέτει υπεραγώγιμο gel στην επιφάνεια επαφής με το σώμα του ασθενούς, για να είναι εφικτή η χωρίς αντίσταση μεταφορά των ηλεκτρικών πεδίων. Το υπεραγώγιμο gel να είναι τέτοιας σύνθεσης που να μην προκαλεί αλλεργίες, ερεθισμούς και οποιαδήποτε άλλη δερματική πάθηση.
- Να διαθέτει ισχυρή κολλώδη ουσία στην επιφάνεια επαφής, προκειμένου να είναι εφικτή η ισχυρή και σταθερή επαφή τους με το σώμα του ασθενούς.
- Να είναι εύκαμπτο και κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό (white foam) για να ακολουθεί κατά την εφαρμογή του, τις ιδιαιτερότητες του σώματος.
- Να μην είναι δυνατή η αποκόλλησή του εξαιτίας της εφίδρωσης του ασθενούς.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.