

Ιμάντας αιμοληψίας

- Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά πλαστικά – ελαστικά υλικά
- Να διαθέτει μια πλαστική πόρπη ασφάλισης
- Να μην είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρπης από λάθος
- Ο ιμάντας να έχει μήκος τουλάχιστον 40 cm
- Το σύνολο των μερών του ιμάντα να είναι πλενόμενο
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.