



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πάτρα 20-9-2017

Αρ πρωτ : 10526

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους
Π.Γ.Ν Πατρών (Ρίο)
Ταχ. Κώδικας : 26500
Πληροφορίες : Σ.Θεοχάρης
Τηλέφωνο : 2610635914
Fax : 2610635943
E-mail : patra@ekab.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕ 122 ΠΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕ 131

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
CPV	33140000-0,
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	120 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Κ.Α.Ε.	1311,ΧΕΠ
Α/Α ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	630/ΧΕΠ ΑΔΑ: 7ΗΞΑΟΡ1Π-6ΥΔ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17REQ001649324,17REQ0019565717
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραπάνω προμήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το υπό προμήθεια είδος έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 , και θα απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, παράρτημα Πάτρας
 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 - Ο αριθμός της μικροπρομήθειας **ΑΕ** τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
 - Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

Μέσα στον ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται (επί ποινή αποκλεισμού)

Α Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του ν 4412 /2016 για διευκόλυνση σας υπάρχει αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr).

Β Ενας κλειστός υποφάκελλος με την ένδειξη “τεχνική προσφορά” (όπου θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά προδιαγραφές που ζητούνται για κάθε ΑΕ του παρακάτω πίνακα .(ΌΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Γ Ενας κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη “οικονομική προσφορά” θα περιέχει ξεχωριστή προσφορά για κάθε ΑΕ

3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. **Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.**
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης :

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο όργανο του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ ή e-mail.
2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα Ν 4412/2016.
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο Ν 4412/2016.

6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
<p>ΑΕ 122/2017</p>	<p>1) ΡΟΝΙΔΟΝΕ ΙΟΔΙΝΗ 10% CUTANEOUS SOLUSION 250 ML TEM 200</p> <p>2) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ I-GEL NO 1 TEM 2 NO 1,5 TEM 2 NO 2 TEM 2 NO 2,5 TEM 2 NO 3 TEM 4 NO 5 TEM 4 NO 4 TEM 4</p> <p>3) ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR PHILIPS HEARSTART XL+ TEM 100</p> <p>4) ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΙΚΕ TEM 4</p> <p>ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ</p>	<p>3-10-2017</p>	<p>1) 699,60 με Φ.Π.Α.6%</p> <p>2) 441,44 με Φ.Π.Α. 24%</p> <p>3) 992,22 με ΦΠΑ 24%</p> <p>4) 238,08 με ΦΠΑ 24%</p>	<p>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.:2610 635976 FAX: 2610 635943 e-mail: patra@ekab.gr</p>

<p>ΑΕ 131/2017</p>	<p>1) ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 500</p> <p>2) ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 500</p> <p>2) ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 500</p> <p>ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ</p>	<p>3-10-2017</p>	<p>1.180,00€ με Φ.Π.Α.</p>	<p>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.:2610 635976 FAX: 2610 635943 e-mail: patra@ekab.gr</p>
------------------------	---	------------------	------------------------------------	---

25. Μάσκα χορήγησης O₂, ενηλίκων

- Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι
- Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπου ενηλίκων
- Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να διαθέτει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Η μάσκα να συνδέεται με κύπελλο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο παράγει πλούσιο νεφέλωμα και λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο ασθενής. Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 10 ml
- Να διαθέτει ρυθμιστή ροής φαρμάκου (όχι μόνο θέση ανοιχτού – κλειστού)
- Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
- Να είναι σε ατομική συσκευασία
- Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO

9001

- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Έκδοση 1η, 20/9/2016

35. Ρινικός καθετήρας O₂

- Να είναι κατασκευασμένος από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διατηρείται στην θέση τοποθέτησής του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες
- Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση
- Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80 m
- Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O₂ να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
- Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

43. Μάσκα χορήγησης O₂ μη επαναεισπνοής, ενηλίκων

- Να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, ατοξικό πλαστικό υλικό
- Να είναι άχρωμη και διαφανής
- Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο μεταλλικό έλασμα για να είναι εφικτή η σωστή εφαρμογή της μάσκας και να εμποδίζει τις διαρροές O₂ και κατάλληλη για όλα τα μεγέθη προσώπου ενηλίκων
- Να φέρει σωλήνα μήκους 2 m, με εσωτερικές αυλακώσεις που να προστατεύουν από διακοπή παροχής O₂ σε περίπτωση τσακίσματός του
- Επί της μάσκας να υπάρχουν οι κατάλληλες βαλβίδες ροής
- Ο αποθεματικός ασκός να είναι υψηλής αντοχής έναντι του σκισίματος
- Όλο το σετ να είναι μιας χρήσης
- Το σετ να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF (i-gel) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Να είναι κατάλληλη για επείγοντα περιστατικά.
- Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη.
- Να είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό ελαστομερές ιατρικής χρήσης με γωνιώδη σωλήνα ανατομικού σχήματος με ανάπτυξη ενός

- μοναδικού φουσκωτού πετάλου.
- Να παρέχει ανατομική διασφάλιση του φάρυγγα και του λάρυγγα αποφεύγοντας παράλληλα τα πιθανά τραύματα συμπίεσης.
 - Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και στα μεγέθη Νο 1-1,5(νεογνών), 2 (παιδών), 2,5-3-4-5 (ενηλίκων).
 - Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
 - Η κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:08 ή ISO 13485:03.
 - Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
 - Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
 - Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον (18) μήνες απι την παράδοση.

87. Τουρνικέ (ισχαιμοπερίδεση)

- Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους και κατασκευασμένο από υλικό latex free και η εφαρμογή του να είναι εύκολη και γρήγορη
- Η κατασκευή του να εξασφαλίζει την πρακτικότητα της χρήσης του και εφαρμόζεται σε άνω ή κάτω άκρο με σκοπό την πλήρη διακοπή ροής του αρτηριακού αίματος, εφαρμόζοντας σύσφιξη
- Η επιφάνεια εφαρμογής του, να έχει πλάτος κατάλληλο ώστε να μην τραυματίζονται οι ιστοί στην περιοχή του σώματος που εφαρμόζεται
- Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης της περιδέσης αφού ασκηθεί η επιθυμητή πίεση
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diaugeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

- Ο -

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ.

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ