



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 02 Αυγούστου 2018
ΕΞΩΣ 78/2018

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Π. Σιαγκούρη
Τηλέφωνο : 2313 326693
Fax : 2310 347310
E-mail : th.anastasiadis@ekab.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 266/23-07-18** Αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών	Επιτροπή Έρευνας και Αγοράς Υγειονομικού Υλικού ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 555 35
Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης των Προσφορών	Έως Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018 10.00 π.μ. Κτήριο Διοίκησης
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών	Έως 23 Αυγούστου 2018 Ώρα 10.00
Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών	Αρμόδια Επιτροπή Νικολαΐδου Γεωργία Τηλ. 2313 326651 g.nikolaidou@ekab.gr Κουριώτης Κωνσταντίνος Τηλ. 2313 326643 Παπαϊωάννου Ελένη Τηλ. 2313 326643 e.papaioannou@ekab.gr
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου	<ol style="list-style-type: none"> 11171-000046 Αισθητήρας SpO₂ , ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων με συνδετικό M-LCNS, τεμ. 2 11171-000037 Καλώδιο προέκτασης για αισθητήρα οξυμετρίας, τεμ. 2 21300-007300 Συνδετικός σωλήνας παροχής αέρα σπυροειδές, για μέτρηση της NIBP, τεμ. 2 21300-007299 Συνδετικός σωλήνας παροχής αέρα, για μέτρηση της NIBP, τεμ. 2 11160-000007 Περιχειρίδα ενηλίκων Large, πολλαπλών χρήσεων 32-42-cm, τεμ. 2 11160-000005 Περιχειρίδα ενηλίκων ,πολλαπλών χρήσεων 26-35-cm, τεμ. 2 11160-000003 Περιχειρίδα παιδιατρική, πολλαπλών χρήσεων 13-20-cm, τεμ. 2 11140-000080 Προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας- φόρτισης , για απινιδωτή- μόνιτορ

τύπου LIFEPAK 15 Physiocontrol, τεμ. 2	
Εκτιμώμενη Συνολική Τάξη Μεγέθους της Σύμβασης	2.901,60 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Είδος Διαδικασίας	Συνοπτικός Διαγωνισμός
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ	Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1439
ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης	ΩΧΡΗΟΡ1Π-9Λ0
Αναπροσαρμογή Τιμήματος	Όχι
Απαιτούμενες Εγγυήσεις	Όχι
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Τεχνική Περιγραφή
Κριτήριο Ανάθεσης	Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης	Όχι
Υποβολή Εναλλακτικών Προσφορών	Όχι
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	6 Μήνες
Κωδικός/οι CPV	33196000-0
Διάρκεια Σύμβασης	Με την παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών	Ελληνική

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται:

α) η λέξη Προσφορά, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) Ο ΑΕ προμήθειας, δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά.

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον οικονομικό φορέα. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ενημέρωσης

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΟΥΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ.

FAX

Email

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 266/18

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη πρόσκληση ενδιαφέροντός του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	11171-000046 Αισθητήρας SpO2 , ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων με συνδεδετικό M-LCNS	2				
2	11171-000037 Καλώδιο προέκτασης για αισθητήρα οξυμετρίας	2				
3	21300-007300 Συνδεδετικός σωλήνας παροχής αέρα σπιροειδής, για μέτρηση της NIBP	2				
4	21300-007299 Συνδεδετικός σωλήνας παροχής αέρα, για μέτρηση της NIBP	2				
5	11160-000007 Περιχειρίδα ενηλίκων Large, πολλαπλών χρήσεων 32-42-cm	2				
6	11160-000005 Περιχειρίδα ενηλίκων , πολλαπλών χρήσεων 26-35-cm	2				
7	11160-000003 Περιχειρίδα παιδιατρική, πολλαπλών χρήσεων 13-20-cm	2				
8	11140-000080 Προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας- φόρτισης για απινιδωτή- μόνιτορ τύπου LIFEPAC 15 Physiocontrol	2				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, σφραγίδα εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνδετικός σωλήνας παροχής αέρα για μέτρηση NIBP, κατάλληλος για απνιδωτή/monitor τύπου Liferak 15 Physiocontrol

- Να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
- Να μπορεί να συνδεθεί με τον απνιδωτή Liferak 15 Physiocontrol χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα (adaptor)
- Να έχει μήκος τουλάχιστον 2,7 m
- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απνιδωτή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αισθητήρας παλμικής οξυμετρίας ενηλίκων ,για απνιδωτή/monitor τύπου Liferak 15 Physio-Control

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων και ιδιαίτερα ανθεκτικός στην πολύωρη χρήση
- Να είναι τεχνολογίας Massimo με συνδετικό M-LNCS, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προσαρμογέα (adaptor)
- Το καλώδιό του να έχει μήκος τουλάχιστον 50 cm
- Το κάλυμμα στο μανταλάκι και το καλώδιο του αισθητήρα να είναι κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά
- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απνιδωτή, καθώς ο αισθητήρας θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καλώδιο προέκτασης για την τροφοδοσία – φόρτιση του απινιδωτή/monitor τύπουLiferak 15 Physiocontrol

- Να είναι κατάλληλο για τον απινιδωτή Liferak 15 Physiocontrol
- Να συνδέεται από τη μία στο καλώδιο τροφοδοσίας- φόρτισης του απινιδωτή και από την άλλη στον φορτιστή του απινιδωτή
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιχειρίδα ενηλίκων Large(32-42 cm) για μέτρηση NIBP, κατάλληλη για απινιδωτή/monitor τύπου Liferak 15 Physiocontrol

- Να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη πολλαπλών χρήσεων και κατάλληλη για την μέτρηση πίεσης του αίματος από την βραχιόνια αρτηρία.
- Να μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς αντάπτορα, στο σωλήνα παροχής αέρα που είναι συνδεδεμένος στον απινιδωτή Liferak 15 Physiocontrol
- Να είναι αρίστης ποιότητας που ασφαλίζει με κλείστρο τύπου VELCRO
- Η εξωτερική επένδυση της περιχειρίδας να φέρει εμφανείς ενδείξεις για την ορθή τοποθέτησή της στην αρτηρία
- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Περιχειρίδα ενηλίκων(26-35 cm) για μέτρηση NIBP, κατάλληλη για απινιδωτή/monitor τύπου Liferak 15 Physiocontrol

- Να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη πολλαπλών χρήσεων και κατάλληλη για την μέτρηση πίεσης του αίματος από την βραχιόνια αρτηρία.
- Να μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς αντάπτορα, στο σωλήνα παροχής αέρα που είναι συνδεδεμένος στον απινιδωτή Liferak 15 Physiocontrol
- Να είναι άριστης ποιότητας που ασφαρίζει με κλείστρο τύπου VELCRO
- Η εξωτερική επένδυση της περιχειρίδας να φέρει εμφανείς ενδείξεις για την ορθή τοποθέτησή της στην αρτηρία
- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Περιχειρίδα παιδιατρική(13-20 cm) για μέτρηση NIBP, κατάλληλη για απινιδωτή/monitor τύπου Liferak 15 Physiocontrol**

- Να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη, πολλαπλών χρήσεων και κατάλληλη για την μέτρηση πίεσης του αίματος από την βραχιόνια αρτηρία.
- Να μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς αντάπτορα, στο σωλήνα παροχής αέρα που είναι συνδεδεμένος στον απινιδωτή Liferak 15 Physiocontrol
- Να είναι άριστης ποιότητας που ασφαρίζει με κλείστρο τύπου VELCRO
- Η εξωτερική επένδυση της περιχειρίδας να φέρει εμφανείς ενδείξεις για την ορθή τοποθέτησή της στην αρτηρία
- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπειροειδές συνδετικός σωλήνας παροχής αέρα για μέτρηση NIBP, κατάλληλος για απινιδωτή/monitor τύπου Liferak 15 Physiocontrol

- Να είναι καινούργιος και αμεταχειρίστος.
- Να μπορεί να συνδεθεί με τον απινιδωτή Liferak 15 Physiocontrol χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα (adaptor)
- Να έχει μήκος τουλάχιστον 0,6-2,7 m
- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καλώδιο προέκτασης αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας για απινιδωτή/monitor τύπου Liferak 15 PHYSIOCONTROL

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων
- Να μπορεί να συνδεθεί με αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας πολλαπλών ή μιας χρήσης τεχνολογίας Massimo με συνδετικό M-LNCS
- Το καλώδιό του να έχει μήκος τουλάχιστον 1.20 m
- Να είναι κατασκευασμένο από βιοσυμβατό υλικό
- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, καθώς θα χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη