



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Λάρισα 14 Οκτωβρίου 2019

Αρ.Πρωτ:6840

Ταχ. Δ/υση : Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας
Ταχ. Κώδικας : 41110 Τ.Θ. 1377
Πληροφορίες : Λιτσάκος Αθανάσιος
Τηλέφωνο : 2410 685230
Fax : 2410 617116
E-mail : a.litsakos@ekab.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 154/11-10-19** Αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.

Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών	Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ΤΚ 41110.
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών	Έως Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 Ώρα 11.00πμ
Αποσφράγιση Προσφορών	Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 ώρα 11.00πμ
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου	Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων για Απινιδωτή AED PLUS ZOLL
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης	1.440,00,00 € χωρίς ΦΠΑ- 1.785,60 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ	Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311
CPV	31711140-6
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ΝΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Κριτήριο Ανάθεσης	Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης	Στο Σύνολο
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	120 ημέρες
Διάρκεια Σύμβασης	Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Λάρισας Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας 41110. Τηλ. 2410 685214 Φαξ 2410 617116 στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

Α) Η λέξη Προσφορά

Β) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ΤΚ 41110.

Γ) Τίτλος: Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια για Απινιδωτή AED ZOLL PLUS με **ΑΕ 154/11-10-19**.

Δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών 24-10-2019

Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία-Φαξ/Τηλ/Email/ΑΦΜ)

Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

FAX:

Email:

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής **154/11-10-2019**

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε την παρακάτω οικονομική προσφορά

Περιγραφή	Τεμάχια	Αξία
ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL ΕΝΗΛΙΚΩΝ	36	
Σύνολο		
ΦΠΑ		
Τελική Τιμή		

Υπογραφή – Σφραγίδα

Επίσης εντός του φακέλου και σε ξεχωριστό φάκελο, οι οικονομικοί φορείς να αποστείλουν και δείγμα επι ποινή αποκλεισμού.

- Χρόνος παράδοσης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης.
- Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
- Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.
- Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
- Παραλαβή των υλικών, χρόνος παραλαβής των υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης & βηματοδότησης για αυτόματο απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll, ενηλίκων

- Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης
- Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor)
- Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση
- Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγώγιμες πλάκες κατασκευασμένες από κασσίτερο
- Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων Η χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του
- Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου
- Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους
- Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και arax προκειμένου να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα
- Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και βηματοδότηση
- Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση
- Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, εάν το ζεύγος ηλεκτροδίων θα χρησιμοποιηθεί με συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της
- Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια υλικού, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του
- Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να διαθέτει CE mark
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Η επιτροπή
Πύρρος Δ.
Κίτσιος Ε.
Λούκος Ι.