



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.04.10 13:48:35
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2020

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Π. Σιαγκούρη
Τηλέφωνο : 2313 326614
Fax : 2310 347310
E-mail : p.siaγκouri@ekab.gr

ΑΡ. 27/2020

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19)
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Ν.Π. ΜΕ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 64/14-3-2020**

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 200/07-04-20** αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών	Επιτροπή Έρευνας και Αγοράς Υγειονομικού Υλικού ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 555 35
Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης των Προσφορών	Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 11.00 π.μ. Κτήριο Διοίκησης
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών	Έως 15 Απριλίου 2020 Ώρα 11.00
Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών	Αρμόδια Επιτροπή Γεωργία Νικολαΐδου Τηλ. 2313 326651 g.nikolaidou@ekab.gr
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου	Φίλτρο ενηλίκων αντιμικροβιακό και κατακράτησης ιών, θέρμανσης-ύγρανσης με πτυχομενή μεμβράνη υδροφοβικά HEPA για κύκλωμα αναπνευστήρα τεμ. 2000
Εκτιμώμενη Συνολική Τάξη Μεγέθους της Σύμβασης	8.680 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Είδος Διαδικασίας	Έκτακτη προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ	Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311
ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης	ΩΤΗΗΟΡ1Π-ΦΗΣ
Αναπροσαρμογή Τιμήματος	Όχι
Απαιτούμενες Εγγυήσεις	Όχι
Τεχνικές Προδιαγραφές	Ναι
Κριτήριο Ανάθεσης	Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης	Ναι

Υποβολή Εναλλακτικών Προσφορών	Όχι
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	4 Μήνες
Κωδικός/οι CPV	42514320-1
Διάρκεια Σύμβασης	Με την παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών	Ελληνική

Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε και θα διατηρηθεί, καθ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ή σε e-mail στον οποίο πρέπει να αναγράφονται:

α) η λέξη Προσφορά, β) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, γ) Ο ΑΕ προμήθειας

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Τεχνική Προσφορά

β) Οικονομική Προσφορά

Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα (30) μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ενημέρωσης

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Χριστίνα Καραμπελίδου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:
 Επωνυμία:
 Διεύθυνση:
 Τηλ.
 FAX
 Email

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής **200/7-4-20**

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη πρόσκληση ενδιαφέροντός του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Φίλτρο ενηλίκων αντιμικροβιακό και κατακράτησης ιών, θέρμανσης-ύγρανσης με πτυχομενή μεμβράνη υδροφοβικά HEPA για κύκλωμα αναπνευστήρα		2000			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, σφραγίδα εταιρείας)
 (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντιμικροβιακό φίλτρο, ενηλίκων

- Να προσαρμόζεται σε κύκλωμα αναπνευστήρα ενηλίκων καθώς και σε μάσκα
- χορήγησης οξυγόνου
- Να παρέχει προστασία από διαφορετικούς τύπους σωματιδίων,
- συμπεριλαμβανομένων βακτηριδίων, ιών και σκόνης
- Να είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την χορήγηση
- οξυγόνου ακόμα κι αν τσακίζει
- Να εμφανίζει όσο το δυνατό μικρότερη αντίσταση κατά την χορήγηση
- οξυγόνου με μάσκα τύπου ambu ή αναπνευστήρα
- Να φέρει προέκταση σε μορφή σπιράλ
- Να είναι απαλλαγμένο από χημικές ουσίες
- Να κατακρατά ιούς και μικρόβια κατά 99,9%
- Να έχει πιστοποίηση CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά
- ISO 9001
- Να φέρει δείκτες καταλληλότητας και η διάρκεια ζωής του να είναι
- τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18)
- μήνες από την παράδοση
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

Έκδοση 1η , 20/9/2016