

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.**

**Ε.Κ.Α.Β. 7<sup>ης</sup> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Ημερομηνία: 09/12/2013**

| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br/>ΕΝΤΟΛΗΣ/<br/>ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ<br/>Σ</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>   | <b>ΤΕΛΙΚΗ<br/>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br/>ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br/>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b> | <b>ΠΙΘΑΝΗ<br/>ΔΑΠΑΝΗ<br/>με Φ.Π.Α.</b> | <b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ<br/>ΤΗΛΕΦΩΝΟ<br/>FAX</b>   |
|--|--|---|--|---|
| <b>N136<br/>03-12-2013</b>                       | Μπαταρία<br>ιόντων λιθίου<br>επαναφορτιζόμε<br>νη για το<br>μόνιτορ -<br>απινιδωτή<br>Philips/HEART<br>START MRx<br>Τύπος 6,0Ah<br>14,8V<br>M 3538 A<br><b>ΤΕΜΑΧΙΑ 5</b> | 19-12-2013  | 2496,90€<br>μαζί με το<br>Φ.Π.Α.       | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑ<br>Τηλέφωνο:<br>26510 54350<br>Fax: 2651054367<br>e-mail:<br>ioannina@ekab.gr |
| <b>N137<br/>03-12-2013</b>                       | ΦΟΡΗΤΗ<br>ΦΙΑΛΗ O2 ΓΙΑ<br>ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ<br>ΟΧΗΜΑ 2lit<br><br><b>ΤΕΜΑΧΙΑ 7</b>   | 19-12-2013  | 2152,50€<br>μαζί με το<br>Φ.Π.Α.       | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑ<br>Τηλέφωνο:<br>26510 54350<br>Fax: 2651054367<br>e-mail:<br>ioannina@ekab.gr |
| <b>N138<br/>03-12-2013</b>                       | Μπαταρία για<br>την αναρρόφηση<br>LSU LAERDAL<br>12V 2AH<br>Διαστάσεις:<br>18cm X 6cm X<br>2,5cm<br><b>ΤΕΜΑΧΙΑ 3</b>   | 19-12-2013  | 147.60€<br>μαζί με το<br>Φ.Π.Α.        | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑ<br>Τηλέφωνο:<br>26510 54350<br>Fax: 2651054367<br>e-mail:<br>ioannina@ekab.gr |
| <b>N139<br/>03-12-2013</b>                       | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ<br>ΤΡΟΧΟΙ<br>ΚΑΡΕΚΛΑΣ<br>ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ<br>ΑΣΘΕΝΟΥΣ<br>ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ<br>ΦΡΕΝΟ<br>ΜΕ.BER Mod<br>653<br><b>ΤΕΜΑΧΙΑ 2</b>  | 19-12-2013  | 159.90€<br>μαζί με το<br>Φ.Π.Α.        | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑ<br>Τηλέφωνο:<br>26510 54350<br>Fax: 2651054367<br>e-mail:<br>ioannina@ekab.gr |

Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφορικά έξοδα.

### **Τεχνικές προδιαγραφές φορητής φιάλης O<sup>2</sup> για ασθενοφόρο όχημα**

- Η φιάλη να είναι καινούρια και αμεταχειρίστη, κατασκευασμένη από χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα (34Cr Mo 4), και βαμμένη λευκή.
- Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο EN 1964-1 η 84/525/EEC
- Να έχει χωρητικότητα σε νερό 2 lit.
- Να έχει πίεση λειτουργίας 200 bar και πίεση δοκιμής 300 bar
- Να έχει πάτο τύπου concave.
- Να έχει ελάχιστο πάχος τοιχώματος 2,5 cm.
- Να φέρει χαραγμένες στο λαιμό της, τις ακόλουθες ενδείξεις Serial No., είδος αερίου (οξυγόνο), πίεση λειτουργίας σε bar, πίεση δοκιμής σε bar, χωρητικότητα σε lit, σήμα κατασκευαστή, μήνα & έτος κατασκευής, βάρος κενής φιάλης σε Kg χωρίς κλείστρο και καπάκι, σφραγίδα του κοινοποιημένου οργανισμού ελέγχου και το τεχνικό πρότυπο κατασκευής (EN 1964-1)
- Να κατατεθεί δήλωση του οίκου κατασκευής για τη συμμόρφωση της φιάλης, με την οδηγία 1999/36/EC περί φορητού εξοπλισμού υπό πίεση.  
Επιπλέον η φιάλη θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένο κλείστρο-ροόμετρο το οποίο:
  - Να διαθέτει στόμιο πλήρωσης όμοιο με αυτό που διαθέτουν οι φιάλες των 5 & 10 lit του ΕΚΑΒ (θυλικό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814 mm) με τάπα στεγανοποίησης.
  - Να έχει ρυθμιστή ροής με δυνατότητα χορήγησης οξυγόνου από 1 μέχρι 15lit/min
  - Να διαθέτει ασφαλιστικό πίεσης.
  - Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα το οποίο να προστατεύει το κλείστρο-ροόμετρο από φθορές λόγω πτώσης της φιάλης. Το κάλυμμα να φέρει χειρολαβή για την διευκόλυνση της μεταφοράς της φιάλης.
  - Να φέρει μανόμετρο 0-315 bar για την ένδειξη του περιεχομένου της φιάλης
  - Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark το οποίο να αναγράφεται πάνω στο σώμα του κλείστρου
  - Να διαθέτει μεταλλικό ακροφύσιο 6 mm περίπου, για τη σύνδεση μάσκας οξυγόνου
  - Να διαθέτει κεντρική βαλβίδα ON – OFF
  - Να βεβαιωθεί η δυνατότητα υποστήριξης με service και ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια
  - Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
  - Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.
  - Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
  - Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

