

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.

Αθήνα, 27/1/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας)	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
19	ΣΕΤ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ, 5 ΤΜΧ. <ul style="list-style-type: none">• ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.• ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.	5/2/2014	615,00€	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr



Τεχνικές προδιαγραφές για αερονάρθηκες ακινητοποίησης μελών σε σετ των τεσσάρων (4) τεμαχίων

- Το σετ να αποτελείται από τέσσερα τεμάχια:
 - Μηριαίο (full leg)
 - Ποδοκνημική (half leg)
 - Βραχιόνιο (full arm)
 - Αντιβράχιο (half arm)
- Να συνοδεύονται από τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς, και να αναγράφεται έξω από κάθε θήκη το μέγεθος του μέλους
- Να είναι κατασκευασμένοι από σκληρό βινύλιο
- Να φουσκώνουν με το στόμα ή με παροχή αέρα, μέσω τρόμπας
- Να φουσκώνουν γρήγορα και να αποβάλλεται ο αέρας το ίδιο γρήγορα
- Να διαθέτουν φερμουάρ ή ιμάντες τύπου Velcro για την ακινητοποίηση του μέλους
- Να διαθέτουν βαλβίδα caps lock με προέκταση και να βρίσκεται τοποθετημένη εξωτερικά του νάρθηκα
- Να είναι κατάλληλοι για την πραγματοποίηση ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων και MRI
- Να είναι εύκολοι στο καθάρισμα και να μπορούν να απολυμανθούν
- Οι ελάχιστες διαστάσεις ανά μέλος, να είναι περίπου:
 - Full leg: 85 X 35 X 35 cm
 - Half leg: 55 X 30 X 30 cm
 - Full arm: 70 X 20 X 15 cm
 - Half arm: 40 X 20 X 15 cm
- Στο τελείωμα να είναι ανοιχτοί για τον έλεγχο κυκλοφορίας του αίματος και μετατραυματικού οιδήματος
- Να διαθέτουν πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.