

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.

Αθήνα, 28/2/2014

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX |
|--|---|---|--|---|
| 189 | ΧΑΡΤΙ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ CU ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW (ΚΩΔ.ΗΔ1-ΟΑ11) 5,5cm x 15m, 30 ΤΜΧ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ | 12-3-14 | 196,80€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΠΛΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 159 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: iatrika@ekab.gr |
| 190 | 1. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ G24, 400 ΤΜΧ. 2. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ G22, 500 ΤΜΧ. 3. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ G20, 1600 ΤΜΧ. 4. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ G 18, 1500 ΤΜΧ. 5. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ G16, 200 ΤΜΧ. ΣΥΝΟΛΟ 4.200 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 12-3-14 | 1. 738,00 2. 885,60 3. 2.829,00 4. 2.706,00 5. 369,00 ΣΥΝΟΛΟ: 7527,60€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 191 | ΜΑΣΚΕΣ VENTURI, 3.000 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 12-3-14 | 5.535,00€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 192 | ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ: 1. MEDIUM, 50.000 ΤΜΧ. 2. LARGE, 120.000 ΤΜΧ. 3. EXTRA LARGE, 130.000 ΤΜΧ. ΣΥΝΟΛΟ: 300.000 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 12-3-14 | 15.375,00€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |

| | | | | |
|------------|---|---------|---|---|
| 193 | ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΓΟΣ, 1.000 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 12-3-14 | 738,00€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 194 | STICK ΑΜΜΩΝΙΑΣ, 700 ΤΜΧ. | 12-3-14 | 738,00€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 195 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 1,5 ΛΙΤΡΩΝ UNISEX, 500 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 12-3-14 | 1.500,60€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 196 | 1. ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ, 300 ΤΜΧ. 2. ΣΥΡΙΓΓΑ 2 ML, 300 ΤΜΧ. 3. ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ML, 2000 ΤΜΧ. 4. ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML, 2000 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 12-3-14 | 1. 61,50 2. 61,50 3. 83,64 4. 123,00 ΣΥΝΟΛΟ: 329,84€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 197 | ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, 15.000 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 12-3-14 | 3.075,00€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 198 | ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ρ 621 ADR), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ. 30 ΤΜΧ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ρ621 ΚΑΤΑ ADR), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ. ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Η ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΙΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΕΡΕΙ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ | 12-3-14 | 40,22€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |

| | | | | |
|------------|---|---------|-----------|---|
| | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ. ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α: ΔΥ8Δ/1348. | | | |
| 199 | ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ - ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 LIT 30 ΤΜΧ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 7-3-14 | 8.487,00€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 200 | ΓΑΖΕΣ ΑΠΛΕΣ 10*10 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, 300.000 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 12-3-14 | 8.163,51€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr |
| 201 | ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ LESTRASET ΕΠΙ ΔΙΑΦΑΝΟΥ PLEXIGLAS ΤΡΙΩΝ (3) ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΗΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ | 12-3-14 | 80,00€ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 201 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: loipoyliko@ekab.gr |

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (Π.Δ. 118/07 ΑΡΘΡΟ 21)

43



Σελ. 2

Τεχνικές προδιαγραφές φλεβοκαθετήρα ασφαλείας

- Να είναι κατασκευασμένος από ιστοσυμβατό υλικό και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.
- Να διατίθεται στα μεγέθη: 14, 16, 17, 18, 20, 22 και 24 G.
- Ο χειρισμός του να είναι ο ίδιος με αυτόν ενός απλού φλεβοκαθετήρα με βαλβίδα, προκειμένου να μην απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών για τον επιτυχή χειρισμό του.
- Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
- Να διαθέτει βιδωτό συνδετικό τύπου Luer Lock, για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων.
- Να είναι ακτινοσκοπικός και να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.
- Ο οδηγός στυλέος να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται παραπάνω της μιας προσπάθειας. Αυτό είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση του κόστους και της ταλαιπωρίας του ασθενούς από την τρώση των αγγείων.
- Να διαθέτει λεπτά τοιχώματα με δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση.
- Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας, ο οποίος κατά την απόσυρση της βελόνας από τον φλεβοκαθετήρα μετά την φλεβοκέντηση, ασφαρίζει αποτελεσματικά το αιχμηρό άκρο της, προς αποφυγή τραυματισμών.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομίσουν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις απόθετες του ΕΚΑΒ.

Η επιτροπή

Γιόργος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.



28

Σελ. 3

Τεχνικές προδιαγραφές μάσκας O₂ τύπου Ventouri

- Να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό πλαστικό υλικό, μαλακό και τα άκρα της να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα προκειμένου να εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς
- Να είναι διαφανής προκειμένου να εξασφαλίζει τον οπτικό έλεγχο κατά την χρήση της μάσκας
- Να φέρει ελαστική ταινία συγκράτησης
- Να είναι μιας χρήσης
- Να διαθέτει δύο κυκλικές οπές και ένα επιρίνιο έλασμα
- Να διαθέτει κρικοειδή προέκταση η οποία να μην επιτρέπει το τσάκισμα
- Να διαθέτει ρυθμιστή παροχής O₂ με δυνατότητες επιλογής διαφόρων συγκεντρώσεων O₂
- Να διαθέτει σωλήνα παροχής O₂ που να έχει μήκος τουλάχιστον 180 cm και ο οποίος να μην τσακίζει αν διπλωθεί κατά γωνία 90°
- Να προσφερθεί σε μεγέθη ενηλίκων και παιδιών
- Να προσφερθεί με μάσκα τραχειοστομίας
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

Τεχνικές προδιαγραφές για γάντια νιτριλίου

- Να είναι μιας χρήσεως.
- Να έχουν μήκος 300 mm, προκειμένου να προσφέρουν προστασία και πάνω από το καρπό του χεριού.
- Να μη συγκεντρώνουν πούδρα και πρωτεΐνη και να είναι αποδεσμευμένα από λιπαντικές ουσίες.
- Να είναι κατάλληλα για χρήστες που έρχονται σε επαφή με βιολογικά υγρά ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο από επαφή με βιολογικούς παράγοντες.
- Να είναι ικανά να προστατέψουν χέρια που είναι ευαίσθητα σε ταλκ ή υλικό latex.
- Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ.
- Να πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων της σειράς EN455. Ως προς αυτή την απαίτηση, το ΕΚΑΒ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους, τόσο στη φάση διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά την εκτέλεσή του, στα εργαστήρια του ΕΚΑΠΤΥ ή άλλου κατάλληλου φορέα.
- Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ISO 13485. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ISO 13485 και να διαθέτει βεβαίωση σύμφωνα με την ΥΑ 1348/2004.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να διατίθεται σε συσκευασία των εκατό (100) τεμαχίων τουλάχιστον
- Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παράδοση.

Η επιτροπή


Πάπας Α.


Κίτσιος Ε.


Λούκος Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές στιγμιαίου ξηρού πάγου

- Να διατίθεται σε συσκευασία του μεγαλύτερου δυνατού μεγέθους.
- Να φέρουν στο εσωτερικό της, μια μικρή σακουλίτσα με νερό και γύρω κόκκους νιτρικού αμμωνίου.
- Μετά την ρήξη να παγώνει αμέσως και να διαρκεί για αρκετά λεπτά προκειμένου να είναι αποτελεσματικό για τον έλεγχο της υπερθερμίας και άλλων καταστάσεων.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
- Να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η επιτροπή

Πάπας Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές ουροσυλλέκτη

- Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό
- Ο ασκός να είναι χωρητικότητας 1.5 lit με ενδιάμεσες διαβαθμίσεις των 100 ml
- Να διαθέτει βαλβίδα για την αποφυγή των οσμών
- Να διαθέτει ανατομική υποδοχή με εργονομική λαβή κατάλληλη και για τα δύο φύλα (unisex)
- Να είναι συμβατός με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
- Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
- Η κατασκευάστρια και η προμηθευτική εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρας Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές σύριγγας μιας χρήσης

- Το σετ σύριγγα – βελόνα να είναι αποστειρωμένο
- Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης
- Να είναι εφοδιασμένη με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου
- Τα υλικά κατασκευής να είναι το πολυπροπυλένιο για τον κύλινδρο, πολυαιθυλένιο για το έμβολο και το καουτσούκ σιλικονισμένο για το ελαστικό παρέμβυσμα
- Η αποστείρωση να έχει πραγματοποιηθεί με αιθυλενοξειδίο
- Να προσφερθούν τα μεγέθη ρύγχους: 1, 2.5, 5, 10, 20 και 60 ml
- Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα
- Να έχει πιστοποίηση CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Όλα τα παραπάνω να είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 681/Β' 8-8-91
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σχετική σύμβαση

Η επιτροπή

Γιόργος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές αποστειρωμένης γάζας

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι
- Να έχει διαστάσεις 10X10 cm και δώδεκα (12) αναδιπλώσεις για το μέγεθος αυτό
- Να αναγράφεται στην συσκευασία της, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης
- Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm² ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/m², και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να είναι 4-5 sec)
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε αιθέρα ουσίες το 0,5%
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ινίδια ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς
- Η συσκευασία να είναι των δέκα (10) τεμαχίων ανά πακέτο
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.



φορητή φιάλη αερίων ασθενοφόρων 2-6

Τεχνικές προδιαγραφές φορητής φιάλης O₂ για ασθενοφόρο όχημα

- Η φιάλη να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, κατασκευασμένη από χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα (34 Cr Mo 4), και βαμμένη λευκή
- Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο EN 1964-1 ή 84/525/EEC
- Να έχει χωρητικότητα σε νερό 2 lit
- Να έχει πίεση λειτουργίας 200 bar και πίεση δοκιμής 300 bar
- Να έχει πάτο τύπου concave
- Να έχει ελάχιστο πάχος τοιχώματος 2,5 mm
- Να φέρει χαραγμένες στο λαιμό της, τις ακόλουθες ενδείξεις: Serial No., είδος αερίου (οξυγόνο), πίεση λειτουργίας σε bar, πίεση δοκιμής σε bar, χωρητικότητα σε lit, σήμα κατασκευαστή, μήνα & έτος κατασκευής, βάρος κενής φιάλης σε Kg χωρίς κλείστρο και καπάκι, σφραγίδα του κοινοποιημένου οργανισμού ελέγχου και το τεχνικό πρότυπο κατασκευής (EN 1964-1).
- Να κατατεθεί δήλωση του οίκου κατασκευής για τη συμμόρφωση της φιάλης με την οδηγία 1999/36/EC περί φορητού εξοπλισμού υπό πίεση

Επιπλέον η φιάλη θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένο κλείστρο-ροόμετρο το οποίο:

- Να διαθέτει στόμιο πλήρωσης όμοιο με αυτό που διαθέτουν οι φιάλες των 5 & 10 lit του ΕΚΑΒ (θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm) με τάπα στεγανοποίησης
- Να έχει ρυθμιστή ροής με δυνατότητα χορήγησης οξυγόνου από 1 μέχρι 15 lit/min
- Να διαθέτει ασφαλιστικό πίεσης
- Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα το οποίο να προστατεύει το κλείστρο-ροόμετρο από φθορές λόγω πτώσης της φιάλης. Το κάλυμμα να φέρει χειρολαβή για την διευκόλυνση της μεταφοράς της φιάλης
- Να φέρει μανόμετρο 0-315 bar για την ένδειξη του περιεχομένου της φιάλης
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark το οποίο να αναγράφεται πάνω στο σώμα του κλείστρου
- Να διαθέτει μεταλλικό ακροφύσιο 6 mm περιήτου, για την σύνδεση μάσκας οξυγόνου
- Να διαθέτει κεντρική βαλβίδα ON – OFF
- Να βεβαιωθεί η δυνατότητα υποστήριξης με service και ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια
- Η κατασκευάστρια και η προμηθευτή εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίσιος Ε.

Λούκος Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές απλής μη αποστειρωμένης γάζας

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι
- Να έχει διαστάσεις 10X10 cm και δώδεκα (12) αναδιπλώσεις για το μέγεθος αυτό
- Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm² ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/m², και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να είναι 4-5 sec)
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε αιθέρα ουσίες το 0,5%
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ινίδια ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς
- Η συσκευασία να είναι των εκατό (100) τεμαχίων ανά πακέτο
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή


Πάπας Δ.


Κίριας Ε.


Λούκος Ι.