

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.

Αθήνα, 17 - 3 - 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας)	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
215	1. ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2 m ³ (10 LIT), 1.200 ΤΜΧ. 2. ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 m ³ (5 LIT), 1.300 ΤΜΧ. 3. ΦΙΑΛΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 1m ³ , 7 ΤΜΧ. 4. ΦΙΑΛΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 2 m ³ , 2 ΤΜΧ. 5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ, 45 ΤΜΧ. 6. ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ, 11 ΤΜΧ. 7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, 45 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	27-3-14	1. 8.693,64 2. 5.919,50 3. 28,41 4. 16,24 5. 968,63 6. 263,84 7. 1.107,00 ΣΥΝΟΛΟ: 16.997,25€	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 312 ΦΑΞ: 213 214 3 256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (Π.Δ. 118/07 ΑΡΘΡΟ 21)



Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας ιατρικού οξυγόνου και λοιπών αερίων

- Οι φιάλες να φέρουν πάντοτε κάλυμμα στο κλείστρο
- Να είναι βαμμένες, συμπεριλαμβανόμενου και καλύμματος του κλείστρου, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία
- Οι φιάλες αναπνευστικού οξυγόνου θα έχουν επιπλέον γραμμένη με μαύρα γράμματα (κεφαλαία) τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ» με ανεξίτηλο χρώμα. Η γραφή θα γίνεται ευκρινώς και με γράμματα μήκους 2 cm και αναλόγου πλάτους, θα φέρουν αυτοκόλλητη ταινία με οδηγίες χρήσης και επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση τους
- Θα φέρουν κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμ. 22,91 mm και βήματος 1,614 mm και υποδοχή αρσενική δεξιόστροφη διαμ. 22,91 mm και βήματος 1,614 mm
- Την ευθύνη για την ασφάλεια των φιαλών, κλείστρων, υδραυλικών δοκιμών και καλής ποιότητας οξυγόνου θα έχει ο προμηθευτής, μέχρι τη στιγμή παράδοσής τους στην αποθήκη του ΕΚΑΒ. Θα προσκομίζει βεβαίωση ότι υποβάλλει τις φιάλες που προς επαναπλήρωση σε όλους τους σχετικούς ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι ορίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καταθέτοντας και πιστοποιητικά έγκρισης συστήματος ποιότητας από το ΕΒΕΤΑΜ σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/ΕΕ (αριθμ. οικ. 12436/706, ΦΕΚ 2039/13-09-2011). Επίσης, κατά τον έλεγχο αν διαπιστωθεί ανάγκη υδραυλικής δοκιμής ή αντικατάσταση κλείστρου, να αποστείλει ο προμηθευτής το σχετικό ημερήσιο δελτίο υδραυλικής δοκιμής-αντικατάστασης κλείστρου
- Η παραλαβή και η παράδοση φιαλών θα γίνεται από 08:00-12:30 π.μ. στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, τρεις (3) φορές την εβδομάδα (κάθε δεύτερη μέρα) και σε περίπτωση αργιών θα γίνεται προηγουμένως συνεννόηση με την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ. Η παράδοση και παραλαβή φιαλών στον αερολιμένα Ελευσίνιας θα γίνεται όποτε είναι αναγκαίο
- Σε περίπτωση ανάγκης του ΕΚΑΒ, ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει και δικές του φιάλες οξυγόνου, οι οποίες θα παραμείνουν μέχρι εξαντλήσεως του περιεχομένου τους και θα αντικατασταθούν μετά την εκκένωσή τους με άλλες πλήρεις. Η μεταφορά και πάλι θα γίνεται από το προμηθευτή.
- Οι προσκομιζόμενες από τον προμηθευτή φιάλες θα πρέπει να έχουν τη σήμανση, το χρωματισμό κλπ. Που προβλέπονται από την ΑΠ Β10451/929 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370, Τεύχος Β' 9/6/88) και τη σχετική έγκριση του ΕΟΦ
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες των παρ. 1 και 2 σύμφωνα προς τα οριζόμενα άρθρα 4, 13 και 16 της ίδιας υπουργικής απόφασης
- Η προμηθευτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO

Η επιτροπή

Πάπρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.