

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Η ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
<p>122/18-03-14</p>	<p>ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 3 (50 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΝΟΥΜΕΡΟ 4(240 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΑΙ ΝΟΥΜΕΡΟ 5 (50 ΤΕΜΑΧΙΑ) (Να προσκομιστεί με την προσφορά , δείγμα του προς προμήθεια υλικού)</p>	<p>04/04/2014</p>	<p>ΕΩΣ 2.509,2 0€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ</p>	<p>Επιτροπή αγοράς Τσιουπλή Α. Τηλ. 2310 397 156 e-mail: a.tsioupli@ekab.gr Fax: 2310344747 Ευφραιμίδου Μ. Τηλ. 2310 397 143 e-mail: m.efraimidou@ekab.gr Fax: 2310347310 Γραφείο Προμηθειών Χάνδρος Άγγελος Τηλ. 2310 397114-115</p>

Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη/εργασίες, που θα πρέπει είτε να την αποστείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : **ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μαβίλη 33, Πυλαία, Τ.Κ. 55535, Θεσσαλονίκη**, / υπ' όψιν επιτροπής αγοράς υγειονομικού υλικού, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.



Τεχνικές προδιαγραφές λαρυγγικής μάσκας μιας χρήσης

- Να είναι κατάλληλη για επείγοντα περιστατικά.
- Να διαθέτει κλασικό εύκαμπτο σχήμα λαρυγγικής μάσκας και να είναι κατασκευασμένη από PVC.
- Να διαθέτει εργονομικά ελαστικό και μαλακό cuff, ατραυματικό, για μέγιστη ανατομική εφαρμογή.
- Να διαθέτει υψηλής ποιότητας συνδετικό του αεραγωγού.
- Το μέγεθος της μάσκας να αναγράφεται πάνω στο pilot ballon.
- Το σωληνάκι για το φούσκωμα του cuff να είναι ενσωματωμένο στο σωλήνα της μάσκας, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο να κοπεί από τα δόντια του ασθενή.
- Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη
- Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και στα μεγέθη Νο 1 (νεογνών), 2 (παιδών) και 3, 4, 5 (ενηλίκων).
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ.


Η επιτροπή



1. Πάππος Δ.



2. Κίτσιος Ε.



3. Λούκος Ι.