

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.**

**Ε.Κ.Α.Β. 7<sup>ης</sup> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Ημερομηνία: 24/11/2014**

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α.</b>	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX</b>
<b>N85 21-10-2013</b>	Μπαταρίες CR για τον απινιδωτή Zoll AED PLUS. Ο τύπος των μπαταριών πρέπει να είναι: Sanyo-Duracel-Varta σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Απινιδωτή.  <b>ΤΕΜΑΧΙΑ: 100</b>	04-12-2014	250,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr

Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφορικά έξοδα.

Οι προσφορές και η μειοδοσία θα γίνεται κατά είδος (ΠΔ 118/07 ΑΡΘΡΟ 21)

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ CR 123 A,  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED Plus ZOLL**

- Να μην είναι επαναφορτιζόμενη
- Να είναι από υλικό  $\text{LiMnO}_2$  και τάσης 3 V
- Ο κατασκευαστής να είναι SANYO ή VARTA ή DURACELL, λόγω συμβατότητας.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον τρία (3) έτη.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση.

