

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β

Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία : 28-11-14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥ- ΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟ- ΛΗΣ ΠΡΟ- ΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX-email
1. Β36/27-11-14	Προμήθεια με παράδο- ση στο ΕΚΑΒ Λαμίας ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗ- ΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (γυαλάκια οξυγόνου) : 500 (πεντακόσια) τε- μάχια σύμφωνα με ε- πισυναπτόμενες τεχνι- κές προδιαγραφές. - Το είδος να είναι ε- τοιμοπαράδοτο - Η προμήθεια θα γίνει με πίστωση λίγων ημε- ρών - Η προσφορά να ισχύ- ει τουλάχιστον τρεις μήνες - Οι κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής επι- βαρύνουν τον προμη- θευτή	4-12-14	#130,00€# (συμπερι- λαμβανο- μένου ΦΠΑ23%)	ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕ- ΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛ. Τηλ. : 2231044444- 2231023333 Fax : 2231067865 E-mail : d.chaleplis@ekab.gr



Τεχνικές προδιαγραφές ρινικού καθετήρα O₂

- Να είναι κατασκευασμένος από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διατηρείται στην θέση τοποθέτησέως του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες
- Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση
- Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,60 m
- Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O₂ να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
- Το επιρύνιο να είναι από μαλακό υλικό, στραυματικό, με σχετικά μικρά αυλά και να πρόσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την πρόσφαρά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να διαθέτει οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.