

Παράρτημα: ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία 23/12/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδος ή υπηρεσίας)	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX e-mail
296/ 29/5/2014	1. Μανομειωτήρας με ροόμετρο, χωρίς υγραντήρα (με μαστό νεφελοποίησης),για τις φορητές φιάλες οξυγόνου 16 ΤΕΜΑΧΙΑ (Από κάθε εταιρεία θα πρέπει να δοθεί και ένα φύλλο Συμμόρφωσης)	31/12/2014	1400,00 Ευρώ	Επιτροπή αγοράς Μερτζανίδου Χριστίνα Τηλ:2310397143 Fax:2310347310 Email:ch.mertzanidou@ekab.gr Χρηστίδου Βασιλική Τηλ.: 2310397194 Fax.:2310347310 Email:b.christidou@ekab.gr Κα Παράσχου Βασιλική Τηλ.: 2310397157 Fax.: 2310344747 Email:ekpekab@yahoo.gr Γραφείο Προμηθειών Χάνδρος Άγγελος Τηλ. 2310 397114-115



Τεχνικές προδιαγραφές μανομειωτήρα με ροόμετρο και υγραντήρα

Μανομειωτήρας

- Να προσαρμόζεται σε φιάλες O_2 , με κλείστρο σύμφωνα με την TOTEE 2491/86 (γαλλικού τύπου)
- Να διαθέτει μεταλλικό χρωμιωμένο σώμα
- Να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης πληρότητας φιάλης κλίμακας 0-315 bar, κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 837
- Να διαθέτει ασφαλιστικό προστασίας από την υπερπίεση
- Η έξοδος του να είναι σπειρωμα γαλλικού τύπου
- Η πίεση εξόδου να είναι προρυθμισμένη στα 4 bar

Ροόμετρο και Υγραντήρας

- Το ροόμετρο να είναι κατάλληλο για ενηλίκους και να συνδέεται σε λήψεις O_2 με ειδικό ταχυσύνδεσμο κατάλληλο για λήψεις κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο NF-S 90-116 (γαλλικού τύπου)
- Να διαθέτει μια έξοδο κοχλιωτή με σπειρωμα 9/16 UNM για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών
- Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό και η μετρητική διάταξη (στήλη) από αθύραυστο διάφανο πλαστικό υλικό
- Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 lit/min με περιστροφικό διακόπτη (με ενδείξεις on/off)
- Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη (τύπου μπίλιας) με τις ενδείξεις μέτρησης της ροής να βρίσκονται στην στήλη και όχι στο κάλυμμα αυτής
- Να έχει την δυνατότητα παροχής 15 lit/min. Η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 0,5 lit/min μέχρι τα 5 lit/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min
- Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξης, να είναι 4 bar
- Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο
- Να αναγράφονται επί του ροόμετρου: ο συμβολισμός (O_2) και προαιρετικά η λέξη ΟΞΥΓΟΝΟ ή OXYGEN, η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή προμηθευτή, τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας, η πίεση λειτουργίας, ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή, η φράση "USE NO OIL" ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός, ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου, η μονάδα μέτρησης της ροής (lit/min)

Γενικά

- Να διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A.E 296

Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : **EKAB** / υπ' όψη επιτροπής αγοράς υλικού, **Μαβίλη 33, 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη**, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του EKAB Θεσσαλονίκης, ή ηλεκτρονικά με e-mail.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «επί πιστώσει», η δε πληρωμή του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του Δημόσιου Λογιστικού και εντός χρονικού διαστήματος περίπου τεσσάρων(4) μηνών.

Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ. : 2310-397-114, 397-115 fax. 2310344-747

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ	Έκπτωση %	Φ.Π.Α. 23%	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Παρατηρήσεις
1	Μανομειωτήρας με ροόμετρο, χωρίς υγραντήρα (με μαστό νεφελοποίησης),για τις φορητές φιάλες οξυγόνου	16						

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ

Θεσσαλονίκη2014

