

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.

Αθήνα, 20/2 /15

27	1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΡΥΑΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 10 ΛΙΤ. ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ 200 bar/φιαλη, 1200 ΤΜΧ.			
	2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΡΥΑΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 2 ΛΙΤ. ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,4 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ 200 bar/φιαλη, 450 ΤΜΧ.			
	3. ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1ΚΥΒΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ 200 bar/φιαλη, 110 ΤΜΧ.			
	4. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΡΥΑΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 2,5 ΛΙΤ. ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,6 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ 200 bar/φιαλη , 450 ΤΜΧ.			1. 7.680,000
	5. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΡΥΑΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 50ΛΙΤ ΛΙΤ. ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 10,7 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ 200 bar/φιαλη, 3 ΤΜΧ.			2. 1.881,900
	6. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 1ΚΥΒΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΟΓΚΟ 5ΛΙΤ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ 200 bar/φιάλη, 2 ΤΜΧ.	12-3-15		3. 460,020
	7. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 2 ΚΥΒΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΟΓΚΟ 10ΛΙΤ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ 200 bar/φιάλη, 2 ΤΜΧ.			4. 1.881,900
	8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 100 ΦΙΑΛΩΝ, 100 ΤΜΧ.			5. 5,880
	9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ, 25 ΤΜΧ.			6. 6,640
	10. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, 50 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ			7. 13,284
	11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 100 ΦΙΑΛΩΝ, 100 ΤΜΧ.			8. 1.968,000
	12. ΑΤΑΛ, 48,6 ΛΙΤΡΑ			9. 492,000
			10. 861,000	
			11.1476,000	
			12. 209,220	
			ΣΥΝΟΛΟ: 16.935,844€	

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:

Δημητρόπουλος Σπύρος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 221

ΦΑΞ: 213 214 3 338

e-mail: ygeionomiko@ekab.gr

**Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας ιατρικού οξυγόνου και λοιπών αερίων**

- Οι φιάλες να φέρουν πάντοτε κάλυμμα στο κλείστρο
- Να είναι βαμμένες, συμπεριλαμβανόμενου και καλύμματος του κλείστρου, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία
- Οι φιάλες αναπνευστικού οξυγόνου θα έχουν επιπλέον γραμμένη με μαύρα γράμματα (κεφαλαία) τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ» με ανεξίτηλο χρώμα. Η γραφή θα γίνεται ευκρινώς και με γράμματα μήκους 2 cm και αναλόγου πλάτους, θα φέρουν αυτοκόλλητη ταινία με οδηγίες χρήσης και επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση τους
- Θα φέρουν κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμ. 22,91 mm και βήματος 1,614 mm και υποδοχή αρσενική δεξιόστροφη διαμ. 22,91 mm και βήματος 1,614 mm
- Την ευθύνη για την ασφάλεια των φιαλών, κλείστρων, υδραυλικών δοκιμών και καλής ποιότητας οξυγόνου θα έχει ο προμηθευτής, μέχρι τη στιγμή παράδοσης και παραλαβής τους στην αποθήκη του ΕΚΑΒ. Θα προσκομίζει βεβαίωση ότι υποβάλλει τις φιάλες που προς επαναπλήρωση σε όλους τους σχετικού ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι ορίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καταθέτοντας και πιστοποιητικά έγκρισης συστήματος ποιότητας από το EBETAM σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/ΕΕ (αριθμ. οικ. 12436/706, ΦΕΚ 2039/13-09-2011). Επίσης, κατά τον έλεγχο αν διαπιστωθεί ανάγκη υδραυλικής δοκιμής ή αντικατάσταση κλείστρου, να αποστείλει ο προμηθευτής το σχετικό ημερήσιο δελτίο υδραυλικής δοκιμής-αντικατάστασης κλείστρου
- Η παραλαβή και η παράδοση φιαλών θα γίνεται από 08:00-12:30 π.μ. στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, τρεις (3) φορές την εβδομάδα (κάθε δεύτερη μέρα) και σε περίπτωση αργιών θα γίνεται προηγουμένως συνεννόηση με την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ. Η παράδοση και παραλαβή φιαλών στον αερολιμένα Ελευσίνας θα γίνεται όποτε είναι αναγκαίο
- Σε περίπτωση ανάγκης του ΕΚΑΒ, ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει και δικές του φιάλες οξυγόνου, οι οποίες θα παραμείνουν μέχρι εξαντλήσεως του περιεχομένου τους και θα αντικατασταθούν μετά την εκκένωσή τους με άλλες πλήρεις. Η μεταφορά και πάλι θα γίνεται από το προμηθευτή.
- Οι προσκομιζόμενες από τον προμηθευτή φιάλες θα πρέπει να έχουν τη σήμανση, το χρωματισμό κλπ. που προβλέπονται από την ΑΠ Β10451/929 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370, Τεύχος Β' 9/6/88) και τη σχετική έγκριση του ΕΟΦ
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες των παρ. 1 και 2 σύμφωνα προς τα οριζόμενα άρθρα 4, 13 και 16 της ίδιας υπουργικής απόφασης
- Η προμηθευτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO

Η Επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.