

ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παράρτημα : **Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Ημερομηνία 30-03-2015

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| 49/16-02-15 | <p>Σκληρά Ρυθμιζόμενα Κολλάρα Ενηλίκων (90 τεμ.) Σκληρά Ρυθμιζόμενα Κολλάρα Παίδων (60 τεμ.)</p> <p>(Να προσκομιστεί με την προσφορά , δείγμα του προς προμήθεια υλικού)</p> | 02/04/2015 | <p>ΕΩΣ 1.017,00 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ</p> | <p>Επιτροπή αγοράς Τσιουπλή Α. Τηλ. 2310 397 156 e-mail: a.tsioupli@ekab.gr Fax: 2310344747 Μπαλασκα Μ. Τηλ. 2310 397 145 e-mail: m.mpalaska@ekab.gr Fax: 2310347310 Γραφείο Προμηθειών Χάνδρος Άγγελος Τηλ. 2310 397114-115</p> |

Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη/εργασίες, που θα πρέπει είτε να την αποστείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : **ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μαβίλη 33, Πυλαία, Τ.Κ. 55535, Θεσσαλονίκη**, / υπ' όψιν επιτροπής αγοράς υγειονομικού υλικού, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.






Σελ. 2

Τεχνικές προδιαγραφές συσκευής ακινητοποίησης αυχένος (σκληρό ρυθμίζόμενο αυχενικό κολάρο ενηλίκων)

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από ατραυματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα ενηλίκων με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή


Πάππος Δ.
Κίτσιος Ε.
Λούκος Ι.






Σελ. 3

Τεχνικές προδιαγραφές συσκευής ακινητοποίησης αυχένος (σκληρό ρυθμιζόμενο αυχενικό κολάρο παιδών)

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από ατραυματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα νηπίων, παιδών και μικρόσωμων ενηλίκων, με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή


Πάππος Δ.
Κίτσιος Ε.
Λούκας Ι.