

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

Παράρτημα: **Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

Ημερομηνία: **08-04-2015**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
A.E. 104	Ταινίες μέτρησης σακχάρου, συμβατές με σακχαρόμετρα BREEZE2 (bayer), μαζί με διάθεση δωρεάν μετρητών. Ποσότητα: 10 Κουτιά των 50 ταινιών Να αποσταλεί δείγμα με την προσφορά Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν παρακάτω.	20-04-2015	550,00	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 m.otempereri@ekab.gr

Σημ: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα μας στην Αλεξ/πολη.
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή.



Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μέτρησης σακχάρου στο αίμα και αναλωσίμων του

- Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος αίματος πρέπει να είναι μικρότερος από 2 μlit
- Ο χρόνος επεξεργασίας του δείγματος και εμφάνισης του αποτελέσματος της μέτρησης πρέπει να είναι μικρότερος από 10 sec
- Το εύρος των μετρήσεων πρέπει να είναι 20 – 600 mg/dL ή μεγαλύτερο
- Τα αντιδραστήρια (οι ταινίες) πρέπει να επιτρέπουν μετρήσεις με όλους τους τύπους αίματος (τριχοειδές, φλεβικό, αρτηριακό και νεογνικό)
- Η ημερομηνία λήξεως των ταινιών θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία ακόμα και μετά το άνοιγμά της.
- Ο μετρητής δεν πρέπει να επιτρέπει την διενέργεια μέτρησης σακχάρου στο αίμα, με ληγμένες ταινίες μέτρησης προς αποφυγή εσφαλμένων αποτελεσμάτων
- Το σύστημα μέτρησης πρέπει να ανιχνεύει αυτόματα την επάρκεια δείγματος του αίματος και να επιβεβαιώνει αυτήν τόσο με μήνυμα επί της οθόνης, όσο και με ηχητικό σήμα
- Το σύστημα μέτρησης πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα συμπλήρωσης δείγματος αίματος (re-dosing) προς αποφυγή άσκοπης σπατάλης αναλωσίμων ταινιών
- Το εύρος αιματοκρίτη στο οποίο ο μετρητής πρέπει να μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, να είναι 20 – 70%
- Το σύστημα μέτρησης να συνοδεύεται από σκαφιστήρες μιας χρήσεως, διαμετρήματος αιχμής 23 G ή καλύτερου, με αυτόματο μηχανισμό εκτίναξης – επιστροφής της αιχμής, που κρατούν την αιχμή ασφαλισμένη στο εσωτερικό τους ακόμα και μετά τη χρήση τους για ασφάλεια & υγιεινή
- Η προβλεπόμενη ποσότητα ταινιών μέτρησης να παραδοθεί σε συσκευασίες των πενήντα (50) τεμαχίων
- Τα μέρη που αποτελούν το σύστημα μέτρησης να φέρουν πιστοποίηση CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Η εταιρία στην οποία θα κατακυρωθεί η σύμβαση, θα αναλάβει την δωρεάν παροχή και αποστολή ικανού αριθμού μετρητών σακχάρου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, το χρονικό διάστημα που ισχύει η σύμβαση
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σχετική σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων – Αθήνα (Σταθμός Μετρό Εθνική Άμυνα) – Τ.Κ 11527
Τηλ.: 210 – 7460000 – Fax: 210 - 7460222

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία εντολής.....

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : **Ε.Κ.Α.Β.** / υπ' όψη επιτροπής αγοράς υλικού, **Αλεξανδρούπολη Τ.Θ. 130, Τ.Κ. 68100**, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. Αλεξανδρούπολης.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «τοις μετρητοίς», η δε πληρωμή του, γίνεται εντός λίγων ημερών.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ: 2552026999 fax: 2552081699.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ	Έκπτωση %	Φ.Π.Α. 23%	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Παρατηρήσεις
1								

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ

.....2015