

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

**Ε.Κ.Α.Β. 7^{ης} ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ημερομηνία: 08/06/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
N13 11-02-2015	ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ: 2.000	19-06-2015	800,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr
N15 11-02-2015	ΖΕΥΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ STAT PADZ ΠΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ZOLL ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΑ: 50	19-06-2015	2.500,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr
N16 11-02-2015	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ Α ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTAR MRx ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΑ: 113	19-06-2015	2.486,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr

N17 11-02-2015	A. ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΑ: 10	19-06-2015	A. 90,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr
	B. ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ: 15		B. 135,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	
	Γ. ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ: 20		Γ. 180,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	
N18 11-02-2015	A. ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ σε gell 10X10 ΤΕΜΑΧΙΑ: 150	19-06-2015	A. 678,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr
	B. ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ σε gell 20x20 ΤΕΜΑΧΙΑ: 15		B. 169,50€ μαζί με το Φ.Π.Α.	

Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφορικά έξοδα.

Οι προσφορές και η μειοδοσία θα γίνεται κατά είδος (ΠΔ 118/07 ΑΡΘΡΟ 21)

Τεχνικές προδιαγραφές ρινικού καθετήρα O²

- Να είναι κατασκευασμένος από άριστο μαλακό και ατοξικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διατηρείται στην θέση τοποθέτησής του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες
- Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O²
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση
- Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80m
- Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O² να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
- Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β., σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την υπηρεσία μας

Η επιτροπή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Να είναι κατάλληλη για επείγοντα περιστατικά.
- Να διαθέτει κλασικό εύκαμπτο σχήμα λαρυγγικής μάσκας και να είναι κατασκευασμένη από PVC.
- Να διαθέτει εργονομικά ελαστικό και μαλακό cuff, ατραυματικό, για μέγιστη ανατομική εφαρμογή.
- Να διαθέτει υψηλής ποιότητας συνδετικό του αεραγωγού.
- Το μέγεθος της μάσκας να αναγράφεται πάνω στο pilot ballon.
- Το σωληνάκι για το φούσκωμα του cuff να είναι ενσωματωμένο στο σωλήνα της μάσκας, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο να κοπεί από τα δόντια του ασθενή.
- Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη.
- Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και στα μεγέθη Νο1 (νεογνών, 2 (παιδών) και 3, 4, 5 (ενηλίκων)).
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δυο (2) έτη.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του E.K.A.B..

Τεχνικές προδιαγραφές γάζας εγκαυμάτων

- Να είναι αποστειρωμένη και συσκευασμένη σε ειδικό φάκελο αλουμινίου, εμποτισμένη με gel ειδικής βακτηριοστατικής σύνθεσης προκειμένου να είναι κατάλληλη για ανακούφιση, πυροπροστασία και απεγκλωβισμό
- Το υλικό κατασκευής να είναι μη τοξικό και να μην κολλάει στο δέρμα
- Να μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία μέχρι και 50° C
- Να προσφερθεί σε διάσταση 100X100mm
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η Επιτροπή

