

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚΑΒ

Παράρτημα : **Ε.Κ.Α.Β ΠΑΤΡΑΣ**

Ημερομηνία **18-06-2015**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
A.E 204	<p>ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟ 10Lt / 200Bar ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 81,5cm – 82cm</p> <p>(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)</p> <p>ΤΕΜΑΧΙΑ 20</p> <p>ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2015</p> <p>Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ</p>	03-07-2015	8856,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.:2610 635976 FAX: 2610 635943 e-mail: ekab-3@otenet.gr

84. Φορητή φιάλη O₂ για ασθενοφόρο όχημα, χωρητικότητας 10 λίτ

- Η φιάλη να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, κατασκευασμένη από χρωμιομολυβδαινιούχο χάλυβα (34 Cr Mo 4), και βαμμένη λευκή
- Να έχει χωρητικότητα σε νερό 10 λίτ
- Να έχει πίεση λειτουργίας 200 bar και πίεση δοκιμής 300 bar
- Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο EN 1964-1 ή EN ISO 9809-1
- Να έχει πάτο τύπου concave με εξωτερικό δακτυλίδι ή επίπεδο
- Να έχει ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,1 mm
- Να φέρει χαραγμένες στο λαϊμό της, τις ακόλουθες ενδείξεις: Serial No., είδος αερίου (οξυγόνο), πίεση λειτουργίας σε bar, πίεση δοκιμής σε bar, χωρητικότητα σε λίτ, σήμα κατασκευαστή, μήνα & έτος κατασκευής, βάρος κενής φιάλης σε Kg χωρίς κλείστρο και καπάκι, σφραγίδα του κοινοποιημένου οργανισμού ελέγχου και το τεχνικό πρότυπο κατασκευής
- Να φέρει δακτυλίδι λαϊμού και κλειστό καπάκι τύπου S
- Να φέρει κλείστρο γαλλικού τύπου με στόμιο πλήρωσης όμοιο με αυτό που διαθέτουν οι φιάλες των 5 και 10 λίτ του EKAB (θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm) με τάπα στεγανοποίησης
- Να φέρει CE mark το οποίο να αναγράφεται επάνω στο σώμα του κλείστρου
- Να διαθέτει μεταλλικό ακροφύσιο 6 mm περίπου για τη σύνδεση μάσκας O₂
- Να βεβαιωθεί η δυνατότητα υποστήριξης με service και ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ;h 13485 και η φιάλη να φέρει πιστοποίηση τύπου π.
- Να κατατεθεί δήλωση του οίκου κατασκευής των φιαλών με την οδηγία 1999/36/EC περί φορητού εξοπλισμού υπό πίεση
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη

Η επιτροπή


Πύρρος Δ.


Κίτσιος Ε.


Λούκος Ι.

