

# **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚΑΒ**

## **ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ**

Παράρτημα : **Ε.Κ.Α.Β ΠΑΤΡΑΣ**

Ημερομηνία **19 -10-2015**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
<b>A.E. 33</b>	ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ TEM 20  ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ TEM 20  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ )  ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ	<b>30-10-2015</b>	418,00€ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ  ΤΗΛ.:2610635976 FAX: 2610635943 e-mail : patra@ekab.gr

**Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μέτρησης σακχάρου στο αίμα και αναλωσίμων του**

- Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος αίματος πρέπει να είναι μικρότερος από 2 μlit
- Ο χρόνος επεξεργασίας του δείγματος και εμφάνισης του αποτελέσματος της μέτρησης, πρέπει να είναι μικρότερος από 10 sec
- Το εύρος των μετρήσεων πρέπει να είναι 20 – 600 mg/dL ή μεγαλύτερο
- Τα αντιδραστήρια (οι ταινίες) πρέπει να επιτρέπουν μετρήσεις με όλους τους τύπους αίματος (τριχοειδές, φλεβικό, αρτηριακό και νεογνικό)
- Η ημερομηνία λήξεως των ταινιών θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία ακόμα και μετά το άνοιγμά της.
- Ο μετρητής δεν πρέπει να επιτρέπει την διενέργεια μέτρησης σακχάρου στο αίμα, με ληγμένες ταινίες μέτρησης προς αποφυγή εσφαλμένων αποτελεσμάτων
- Το σύστημα μέτρησης πρέπει να ανιχνεύει αυτόματα την επάρκεια δείγματος του αίματος και να επιβεβαιώνει αυτήν τόσο με μήνυμα επί της οθόνης, όσο και με ηχητικό σήμα
- Το σύστημα μέτρησης πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα συμπλήρωσης δείγματος αίματος (re-dosing) προς αποφυγή άσκοπης σπατάλης αναλωσίμων ταινιών
- Το εύρος αιματοκρίτη στο οποίο ο μετρητής πρέπει να μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, να είναι 20 – 70%
- Το σύστημα μέτρησης να συνοδεύεται από σκαρφιστήρες μιας χρήσεως, διαμετρήματος αιχμής 23 G ή καλύτερου, με αυτόματο μηχανισμό εκτίναξης επιστροφής της αιχμής, που κρατούν την αιχμή ασφαλισμένη στο εσωτερικό τους ακόμα και μετά τη χρήση τους για ασφάλεια & υγιεινή
- Η προβλεπόμενη ποσότητα ταινιών μέτρησης να παραδοθεί σε συσκευασίες των πενήντα (50) τεμαχίων
- Τα μέρη που αποτελούν το σύστημα μέτρησης να φέρουν πιστοποίηση CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Η εταιρία στην οποία θα κατακυρωθεί η σύμβαση, θα αναλάβει την δωρεάν παροχή και αποστολή ικανού αριθμού μετρητών σακχάρου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, το χρονικό διάστημα που ισχύει η σύμβαση
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σχετική σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίσιος Ε.

Λούκος Ι.

21/7/11