

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β

Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία : 21-10-15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε-ΝΤΟΛΗΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ Η-ΜΕΡΟΜΗ-ΝΙΑ ΥΠΟΒΟ-ΛΗΣ ΠΡΟ-ΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX-email
1. Β21/21-10-15	Προμήθεια με παράδοση στο ΕΚΑΒ Λαμίας ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (γυαλάκια οξυγόνου) : 400 (τετρακόσια) τεμάχια σύμφωνα με επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. - Το είδος να είναι ετοιμοπαράδοτο - Η προμήθεια θα γίνει με πίστωση λίγων ημερών - Η προσφορά να ισχύει τουλάχιστον τρεις μήνες - Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή	2-11-15	#120,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ23%)	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛ. – ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλ. : 2231044444-2231023333 Fax : 2231067865 E-mail : lamia@ekab.gr



Τεχνικές προδιαγραφές ρινικού καθετήρα O₂

- Να είναι κατασκευασμένος από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διατηρείται στην θέση τοποθετήσεώς του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες
- Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση
- Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,60 m
- Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O₂ να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
- Το επιρύνιο να είναι από μαλακό υλικό, σπραυματικό, με σχετικά μικρά αυλά και να προσαρμύζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να διαθέτει οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις απαθής του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πάπας Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.