



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2016  
Α.Π. 2496

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας  
Ταχ. Κώδικας : 555 35  
Πληροφορίες : Α. Χάνδρος  
Τηλέφωνο : 2313 326615  
Fax : 2310 347310  
E-mail : a.chandros@ekab.gr

### ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 71/1-3-16** αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑΜ: 16REQ003979444 και Ανάληψη Υποχρέωση με ΑΔΑ: 7Φ06ΟΡ1Π-2ΦΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών.

Αριθμός Αιτήματος	Προμήθεια	Ποσότητα Τεμάχια	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη με ΦΠΑ	Πληροφορίες
71 1/3/16  CPV 31440000-2	Μπαταρία LiMnO <sub>2</sub> , 12V, 4,5Ah, μη επαναφορτιζόμενη για αυτόματους απινιδωτές LIFEPAK 1000 PHYSIOCONTROL  Επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή	9	Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016	3.350 €	<b>Επιτροπή διαγωνισμού:</b> Ανδρικού Δέσποινα Νικολαΐδου Γεωργία Τηλ. 2313 326643 Email g.nikolaidou@ekab.gr Μπαλάσκα Μαρίνα Τηλ. 231 3326 645 Email m.mpalaska@ekab.gr

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή αποτελεί η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 55535 Τηλ. 2313 326620 Φαξ 2310 347310 με την ένδειξη: **“Διαγωνισμός μπαταριών απινιδωτή με ΑΕ 71”**

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

α/α

Κοσμάς Ηλιάδης

# 16PROC004007894 2016-03-16

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατάλληλη για απινιδωτή τύπου Liferak 1000 Physio-Control

- Να είναι λιθίου διοξειδίου του μαγγανίου ( $\text{LiMnO}_2$ )
- Πλήρως φορτισμένη να παρέχει περίπου 17 ώρες λειτουργίας της συσκευής σε κατάσταση (ON) ή 440 απινιδώσεις στα 200 Joules
- Να φέρει μετρητή φορτίου και ενδεικτική μπάρα της στάθμης φόρτισης
- Να αποδεικνύεται βάσει πιστοποιητικών, η συμβατότητά της με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της συσκευής
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:08 ή ISO 13485:03
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες μετά την παράδοση