



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2016
Α.Π. 2968

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Θ.Αναστασιάδης
Τηλέφωνο : 2313 326693
Fax : 2310 347310
E-mail : th.anastasiadis@ekab.gr

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 71/1-3-16** αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑΜ: 16REQ003979444 και Ανάληψη Υποχρέωση με ΑΔΑ: 7Φ06ΟΡ1Π-2ΦΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών.

Αριθμός Αιτήματος	Προμήθεια	Ποσότητα Τεμάχια	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη με ΦΠΑ	Πληροφορίες
71 1/3/16 CPV 31440000-2	Μπαταρία LiMnO ₂ , 12V, 4,5Ah, μη επαναφορτιζόμενη για αυτόματους απινιδωτές LIFEPAK 1000 PHYSIOCONTROL Επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή	9	Τρίτη 12 Απριλίου 2016	3.350 €	Επιτροπή διαγωνισμού: Ανδρικού Δέσποινα Νικολαΐδου Γεωργία Τηλ. 2313 326643 Email g.nikolaidou@ekab.gr Μπαλάσκα Μαρίνα Τηλ. 231 3326 645 Email m.mpalaska@ekab.gr

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή αποτελεί η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 55535 Τηλ. 2313 326620 Φαξ 2310 347310 με την ένδειξη: **“Διαγωνισμός μπαταριών απινιδωτή με ΑΕ 71”**

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

α/α

Κοσμάς Ηλιάδης

Μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατάλληλη για απινιδωτή τύπου Liferak 1000 Physio-Control

- Να είναι λιθίου διοξειδίου του μαγγανίου (LiMnO_2)
- Πλήρως φορτισμένη να παρέχει περίπου 17 ώρες λειτουργίας της συσκευής σε κατάσταση (ON) ή 440 απινιδώσεις στα 200 Joules
- Να φέρει μετρητή φορτίου και ενδεικτική μπάρα της στάθμης φόρτισης
- Να αποδεικνύεται βάσει πιστοποιητικών, η συμβατότητά της με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της συσκευής
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:08 ή ISO 13485:03
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες μετά την παράδοση