



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130
Ταχ. Κώδικας : 68100
Πληροφορίες : Χρυσοφυλλάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο : 2551089355
Fax : 2551089374
E-mail : i.chrysofyllakis@ekab.gr

Αλεξανδρούπολη, 21 Απριλίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : 1876
ΑΔΑ: 6Τ4ΨΟΡ1Π-ΝΝ7
ΑΔΑΜ: 16PROC004268705

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ' αρ. 181/13-04-16 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 16REQ004265283, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές(με δείγμα) για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο και όχι μέρος των ειδών που αναφέρονται.

Αριθμός Αιτήματος	Προμήθεια	Τεμάχια	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη με ΦΠΑ Έως	Πληροφορίες
181/13-04-16 CPV:33140000-3	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 0	30	Πέμπτη 28 Απριλίου 2016	250,00 €	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 m.otemperi@ekab.gr
	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 1	30			
	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 2	40			
	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 3	50			
	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 4	50			
	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 5	50			

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) εντός λίγων ημερών από την παράδοση των ζητούμενων ειδών.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6^ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «**Διαγωνισμός προμήθειας Στοματοφαρυγγικών Αγωγών με Α.Ε.
181/2016**»


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Κ.Α.Β. - 9

Σ. Πετροπούλου Παπαναστασίου
Αναισθησιολόγος Msc

Τεχνικές προδιαγραφές στοματοφαρυγγικού αεραγωγού

- Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό, αποστειρωμένοι και μη τραυματικοί
- Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη: 0, 1, 2, 3, 4 και 5
- Να διαθέτει χρωματικές ενδείξεις ανά μέγεθος
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες
- Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη

Η επιτροπή



Πύρρος Δ.



Κίτσιος Ε.



Λούκος Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 181/13-04-16

A/A	Είδος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Σύνολο	ΦΠΑ	Τελικό σύνολο
1	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 0		30			
2	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 1		30			
3	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 2		40			
4	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 3		50			
5	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 4		50			
6	Στοματοφαρυγγικοί Αγωγοί Νο 5		50			
Γενικό σύνολο						

/ / 2016

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)