



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130
Ταχ. Κώδικας : 68100
Πληροφορίες : Χρυσοφυλλάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο : 2551089355
Fax : 2551089374
E-mail : i.chrysofyllakis@ekab.gr

Αλεξανδρούπολη, 21 Απριλίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : 1881
ΑΔΑ: Ω7ΠΝΟΡ1Π-Ρ9Θ
ΑΔΑΜ: 16PROC004268862

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ' αρ. 186/13-04-16 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 16REQ004266098, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές(με δείγμα) για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο και όχι μέρος των ειδών που αναφέρονται.

Αριθμός Αιτήματος	Προμήθεια	Τεμάχια	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη με ΦΠΑ Έως	Πληροφορίες
186/13-04-16 CPV:33140000-3	Αυχενικά κολάρα ρυθμιζόμενα Ενηλίκων	40	Πέμπτη 28 Απριλίου 2016	360,00 €	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 m.otemperi@ekab.gr
	Αυχενικά κολάρα ρυθμιζόμενα Παιδών	10			Χρυσοφυλλάκης Ιωάννης Τηλ: 2551089355 Fax: 2551089374 i.chrysofyllakis@ekab.gr

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) εντός λίγων ημερών από την παράδοση των ζητούμενων ειδών.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6^ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: **«Διαγωνισμός προμήθειας Αυχενικών κολάρων ρυθμιζόμενων
Ενηλίκων και Παιδών με Α.Ε. 186/2016»**

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Κ.Α.Β. - 9

***Σ. Πετροπούλου Παπαναστασίου
Αναισθησιολόγος Msc***



Τεχνικές προδιαγραφές συσκευής ακινητοποίησης αυχένος (σκληρό ρυθμιζόμενο αυχενικό κολλάρο ενηλίκων)

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προτυλόνιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από στρωματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσδεση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοαδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα ενηλίκων με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Γεώργιος Δ.

Κίμωνας Ε.

Λούκος Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές συσκευής ακινητοποίησης αυχένος (σκληρό ρυθμιζόμενο αυχενικό κολάρο παιδών)

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από στρωματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R I και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα νηπίων, παιδών και μικρόσωμων ενηλίκων, με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE πινάκ
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε παρτίδες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή


Πάπας Δ.


Κίτσιος Ε.


Λούκας Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 186/13-04-16

A/A	Είδος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Σύνολο	ΦΠΑ	Τελικό σύνολο
1	Αυχενικά κολάρα ρυθμιζόμενα Ενηλίκων		40			
2	Αυχενικά κολάρα ρυθμιζόμενα Παιδων		10			
Γενικό σύνολο						

/ / 2016

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)