



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130
Ταχ. Κώδικας : 68100
Πληροφορίες : Χρυσοφυλλάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο : 2551089355
Fax : 2551089374
E-mail : i.chrysofyllakis@ekab.gr

Αλεξανδρούπολη, 21 Απριλίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : 1883
ΑΔΑ: 69ΒΡΟΡ1Π-ΠΨΤ
ΑΔΑΜ: 16PROC004268933

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ' αρ. 188/13-04-16 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 16REQ004266829, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές(με δείγμα) για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο και όχι μέρος των ειδών που αναφέρονται.

Αριθμός Αιτήματος	Προμήθεια	Τεμάχια	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη με ΦΠΑ Έως	Πληροφορίες
188/13-04-16 CPV:33140000-3	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 14G	100	Πέμπτη 28 Απριλίου 2016	1.300,00 €	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 m.otemperi@ekab.gr Χρυσοφυλλάκης Ιωάννης Τηλ: 2551089355 Fax: 2551089374 i.chrysofyllakis@ekab.gr
	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 16G	100			
	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 18G	200			
	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 20G	200			
	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 22G	100			
	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 24G(παιδικοί)	100			

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) εντός λίγων ημερών από την παράδοση των ζητούμενων ειδών.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6^ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «**Διαγωνισμός προμήθειας Φλεβοκαθετήρων Ασφαλείας με Α.Ε.
188/2016**»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Κ.Α.Β. - 9

Σ. Πετροπούλου Παπαναστασίου
Αναισθησιολόγος Msc

Τεχνικές προδιαγραφές φλεβοκαθετήρα ασφαλείας

- Να είναι κατασκευασμένος από ισοσυμβατό υλικό και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.
- Να διατίθεται στα μεγέθη: 14, 16, 17, 18, 20, 22 και 24 G.
- Ο χειρισμός του να είναι ο ίδιος με αυτόν ενός απλού φλεβοκαθετήρα με βαλβίδα, προκειμένου να μην απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών για τον επιτυχή χειρισμό του.
- Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
- Να διαθέτει βιδωτό συνδετικό τύπου Luer Lock, για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων.
- Να είναι ακτινοσκοπικός και να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.
- Ο οδηγός στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται παραπάνω της μιας προσπάθειας. Αυτό είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση του κόστους και της ταλαιπωρίας του ασθενούς από την τρώση των αγγείων.
- Να διαθέτει λεπτά τοιχώματα με δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση.
- Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας, ο οποίος κατά την απόσυρση της βελόνας από τον φλεβοκαθετήρα μετά την φλεβοκέντηση, ασφαλίζει αποτελεσματικά το αιχμηρό άκρο της, προς αποφυγή τραυματισμών.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομίστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.

- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ.

Η επιτροπή



1. Ιακωβίδου Ε.



2. Κίτσιος Ε.



3. Λούκος Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 188/13-04-16

A/A	Είδος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Σύνολο	ΦΠΑ	Τελικό σύνολο
1	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 14G		100			
2	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 16G		100			
3	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 18G		200			
4	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 20G		200			
5	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 22G		100			
6	Φλεβοκαθετήρες Ασφαλ. Νο 24G(παιδικοί)		100			
Γενικό σύνολο						

/ / 2016

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)