



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130  
Ταχ. Κώδικας : 68100  
Πληροφορίες : Χρυσοφυλλάκης Ιωάννης  
Τηλέφωνο : 2551089355  
Fax : 2551089374  
E-mail : i.chrysofyllakis@ekab.gr

Αλεξανδρούπολη, 9 Σεπτεμβρίου 2016  
Αριθ. Πρωτ. : 4032  
ΑΔΑ: Ω73ΒΟΡ1Π-ΞΙΜ  
ΑΔΑΜ: 16PROC005064509

**ΠΡΟΣ :** ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ' αρ. 394/29-08-16 αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ:, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές **(με δείγμα)** για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Αριθμός Αιτήματος	Προμήθεια	Τεμάχια	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη με ΦΠΑ Έως	Πληροφορίες
394/29-08-16 CPV: 33192000-2	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων εξωτερικού φορητού απινιδωτή ZOLL AED	40	Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016	1.785,60 €	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 <a href="mailto:m.otemperi@ekab.gr">m.otemperi@ekab.gr</a>  Χρυσοφυλλάκης Ιωάννης Τηλ: 2551089355 Fax: 2551089374 <a href="mailto:i.chrysofyllakis@ekab.gr">i.chrysofyllakis@ekab.gr</a>

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) εντός λίγων ημερών από την παράδοση των ζητούμενων ειδών.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης 6<sup>ο</sup> χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350 Fax:2551089367, με την ένδειξη: «**Διαγωνισμός προμήθειας Αυτ/των ηλεκτροδίων εξωτερικού φορητού απινιδωτή Zoll AED ενηλίκων με Α.Ε. 394/2016**»

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Κ.Α.Β. - 9**

**α/α Αναστάσιος Μαρασλής  
ΤΕ Δ/σης Νοσοκομείων**


### Τεχνικές προδιαγραφές αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης & βηματοδότησης για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή

- Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης.
- Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor).
- Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση.
- Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγώγιμες πλάκες κατασκευασμένες από κασσίτερο.
- Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων. Η χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του.
- Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου.
- Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους.
- Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex και να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα.
- Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και βηματοδότηση.
- Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση.
- Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια είδους, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του.
- Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
- Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO και το προϊόν να διαθέτει μεταξύ άλλων πιστοποιητικών που ζητούνται παραπάνω, και CE mark.

Η επιτροπή



1. Ιακωβίδου Ε.



2. Κίτσιος Ε.



3. Λούκος Ι.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε.394 /29-08-16**

<b>A/A</b>	<b>Είδος</b>	<b>Τιμή μονάδας</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>ΦΠΑ</b>	<b>Τελικό σύνολο</b>
1	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων εξωτερικού φορητού απινιδωτή ZOLL AED		40 τεμ.			
<b>Γενικό σύνολο</b>						

/ / 2016

**Ο Προμηθευτής**

(υπογραφή – σφραγίδα)