

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.**

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.**

**Αθήνα, 18/5/12**

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας)</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX</b>
279	ΦΡΕΟΝ 407 ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΕΣ interklima)	28-5-12	1.000,00 €	<b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:</b> Παντελάρου Νίκη <b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 213 214 3336 <b>ΦΑΞ:</b> 213 214 3256 e-mail: texnikathemata@ekab.gr
281	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΜΧ200	28-5-12	300,00 €	<b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:</b> Μεταξά Μαρία <b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 213 214 3148 <b>ΦΑΞ:</b> 213 214 3256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr
282	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/4 citroen ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΜΧ50. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.	28-5-12	1.300,00 €	<b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:</b> Μεταξά Μαρία <b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 213 214 3148 <b>ΦΑΞ:</b> 213 214 3256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr
283	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ (ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ) ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΜΧ20.	28-5-12	150,00 €	<b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:</b> Μεταξά Μαρία <b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b> 213 214 3148 <b>ΦΑΞ:</b> 213 214 3256 e-mail: ygeionomiko@ekab.gr



Τεχνικές προδιαγραφές ρυθμιστή πίεσης για φιάλες O<sub>2</sub> ασθενοφόρου οχήματος τύπου Cítroën

- Να προσαρμόζεται σε φιάλες O<sub>2</sub>, με κλείστρο σύμφωνο με την TOTEE 2491/86 (γαλλικού τύπου)
- Να διαθέτει μεταλλικό χρωμιωμένο σώμα
- Να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης πληρότητας φιάλης κλίμακας 0-315 bar, κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 837
- Να διαθέτει ασφαλιστικό προστασίας από την υπερπίεση
- Η έξοδός του να είναι σπείρωμα Θ ¼
- Η πίεση εξόδου να είναι προρυθμισμένη στα 4 bar
- Να διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark, καθώς και στοιχεία ιχνιλασιμότητας (Serial No. ή Part No.)
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.