

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.**Ε.Κ.Α.Β. 7^{ης} ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ****Ημερομηνία: 16/07/2012**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
N 72 26/06/2012	Μπαταρία αλκαλική τύπου LR6 (AA) 1.5V Τεμάχια 40	23/07/2012	55,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@eka b.gr
N 73 26/06/2012	Μπαταρία αλκαλική τύπου LR 03 (AAA) 1.5V Τεμάχια 40	23/07/2012	55,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@eka b.gr
N 74 26/06/2012	Επιτοίχιο ροόμετρο μαζί με τον υγραντήρα οξυγονοθεραπε ίας για ασθενοφόρα V.W Τεμάχια 10	23/07/2012	1300,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@eka b.gr
N 75 26/06/2012	Γάζες αποστειρωμένε ς 10X 10 cm Τεμάχια 3000	23/07/2012	350,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@eka b.gr
N 76 26/06/2012	Ατραυματικό ψαλίδι κοπής ρούχων Τεμάχια 25	23/07/2012	130,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367

				E-mail: ioannina@ekab.gr
N 77 03/07/2012	Αναγόμευση φιαλών οξυγόνου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Παραρτήματος Ιωαννίνων για το μήνα Αύγουστο	23/07/2012 Πιθανή ποσότητα τεμάχια 65	650,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@ekab.gr
N 78 03/07/2012	Αναγόμευση φιαλών οξυγόνου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Τομέα Θεσπρωτίας για το μήνα Αύγουστο	23/07/2012 Πιθανή ποσότητα τεμάχια 18	180,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@ekab.gr
N 79 03/07/2012	Αναγόμευση φιαλών οξυγόνου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Τομέα Άρτας για το μήνα Αύγουστο	23/07/2012 Πιθανή ποσότητα τεμάχια 25	250,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@ekab.gr
N80 03/07/2012	Αναγόμευση φιαλών οξυγόνου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Τομέα Λευκάδας για το μήνα Αύγουστο	23/07/2012 Πιθανή ποσότητα τεμάχια 12	134.02€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@ekab.gr
N81 03/07/2012	Αναγόμευση φιαλών οξυγόνου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Τομέα Πρέβεζας για το μήνα Αύγουστο	23/07/2012 Πιθανή ποσότητα τεμάχια 18	201,03€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@ekab.gr
Γ05 05/07/2012	Μελάνες HP 338 για τον εκτυπωτή officejet 6210	23/07/2012	300,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.	ΤΣΙΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τηλέφωνο: 26510 54360

	all-in one Τεμάχια 20			Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@eka b.gr
--	--	--	--	--


Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφορικά έξοδα.





Τεχνικές προδιαγραφές αλκαλικών μπαταριών

- Να μην είναι το άθροισμα κλάσεων
- Να είναι τύπου 1,5 V LR **(CAA) (LR 03 CAAA)**
- Η κατασκευαστική και η ποσότητα βλήτρα να είναι προσαρμοσμένα κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή για την περιβαλλοντική, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ασφάλεια του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά δείγμα του προς τελεμαρκιαζόμενο, προκειμένου να δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες
- Να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον τρία (3) έτη
- Να είναι δυνατή η μηχανική παράδοση του προς τελεμαρκιαζόμενο, στις απαιτήσεις του ΕΚΑΒ

Η επιτροπή

1.  Δ



2.  Ε

3.  Ι

**Τεχνικές προδιαγραφές ροόμετρου με υγρανήρα, λήψης τύπου DIN**

- Το σώμα του να είναι και άλλοτε γαλβανισμένο και να συνδέεται σε λήψεις O- με ειδικό ταχυσύνδεσμο κατάλληλο για λήψεις να σκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο DIN
- Να διαθέτει μια έξοδο κοχλιοτή με σπείρωμα 9/16 UNF για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών
- Το σώμα και ροόμετρο να είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό υλικό και η μετρητική διάταξη (σπήλη) από αθόροιστο διάφανο πλαστικό υλικό
- Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 lit/min με περιστροφικό διακόπτη (με ενδείξεις αντίθετες)
- Η μέτρηση της ροής να γίνεται με σπήλη (τύπου μπιλίας) με τις ενδείξεις μέτρησης της ροής να βρίσκονται στην σπήλη και όχι στο κάλυμμα αυτής
- Να έχει την δυνατότητα παροχής 15 lit/min. Η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 0,5 lit/min μέχρι τα 5 lit/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min
- Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξης, να είναι 4 bar
- Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο
- Να αναγράφονται επί του ροόμετρου: ο συμβολισμός (O₂) και προαιρετικά η λέξη OXYGENO ή OXYGEN ή επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή προμηθευτή, τα στοιχεία ισχυροποιήσεως, η πίεση λειτουργίας, ένδειξη για το σημείο της μπιλίας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή, η φράση "USE NO OIL" ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός, ένδειξη της φαρδιάς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου, η μονάδα μέτρησης της ροής (lit/min)
- Να διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΗ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η Επιτροπή


Πάππος Δ.
Κατσιός Ε.
Λούκος Ι.

**Τεχνικές προδιαγραφές αποστειρωμένης γάζας**

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι.
- Να έχει διαστάσεις 10X10 cm και δώδεκα (12) αναδιπλώσεις για το μέγεθος αυτό.
- Να αναγράφεται στην συσκευασία της, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
- Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm² ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/cm² και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβότισης σε υγρό να είναι 4-6 sec).
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη.
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες.
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι λιπαρές σε αιθέρα αιετός, το 0,5%.
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%.
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υψιούνται εν δυνάμει ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς.
- Η συσκευασία να είναι των δέκα (10) τεμαχίων ανά πακέτο.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE πιακ.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομίζονται με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε παράτητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση.

Πεπρωτό

Πάπας Δ.

Κηρύκος Ε.

Λούκος Ι.

Τεχνικές προδιαγραφές ατραυματικού ψαλιδιού κοπής ρούχων

- Να είναι ανθεκτικό σε σκληρή χρήση
- Η χειρολαβή του να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ή PVC ή οποιοδήποτε ανάλογο υλικό
- Η φόρμα του να είναι εργονομική
- Να πλένεται χωρίς να οξειδώνεται
- Να έχει πιστοποίηση CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σχετική σύμβαση

Η επιτροπή

Γύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.