

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

**Ε.Κ.Α.Β. 7^{ης} ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ημερομηνία: 29/05/2013

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N49 15-05-2013 | ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ O₂ ΤΕΜΑΧΙΑ 900 | 12-06-2013 | 500,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr |
| N50 15-05-2013 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ N_o 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 200 | 12-06-2013 | 60,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr |
| N51 15-05-2013 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ N_o 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 200 | 12-06-2013 | 80,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr |
| N52 15-05-2013 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ N_o 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 200 | 12-06-2013 | 90,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr |
| N53 15-05-2013 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 | 12-06-2013 | 875,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr |
| N54 15-05-2013 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml ΤΕΜΑΧΙΑ 300 | 12-06-2013 | 100,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr |

| | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>N55 23-05-2013</p> | <p>ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ TEMAXIA 500</p> | <p>12-06-2013</p> | <p>150,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.</p> | <p>ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr</p> |
| <p>N56 23-05-2013</p> | <p>ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΕΩΣ BOSCAROL TEMAXIA 25</p> | <p>12-06-2013</p> | <p>270,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.</p> | <p>ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr</p> |
| <p>N57 23-05-2013</p> | <p>ΑΥΤΟΚΟΛΛΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1ΤΕΜΑΧΙΟ/ ΖΕΥΓΟΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARTSTART MRX TEMAXIA 30</p> | <p>12-06-2013</p> | <p>1.250,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.</p> | <p>ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr</p> |
| <p>N58 23-05-2013</p> | <p>ΖΕΥΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩ Ν ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ STAT PADZ II ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ZOLL ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS (1ΖΕΥΓΟΣ/ ΤΕΜΑΧΙΟ) TEMAXIA 42</p> | <p>12-06-2013</p> | <p>2.450,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.</p> | <p>ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr</p> |

- Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφορικά έξοδα.
- Οι προσφορές και η μειοδοσία θα γίνεται κατά είδος (Π.Δ. 118/07 ΑΡΘΡΟ 21)

Τεχνικές προδιαγραφές ρινικού καθετήρα O²

- Να είναι κατασκευασμένος από άριστο μαλακό και ατοξικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διατηρείται στην θέση τοποθέτησής του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες
- Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O²
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση
- Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80m
- Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O² να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
- Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα

Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικού επιδέσμου

- Να έχει σύνθεση 70% βαμβάκι – 30% συνθετικά νήματα
- Να είναι κατασκευασμένος με στήμονα: 130 κλωστές/10 cm, κρόκη 94 κλωστές/10cm και βάρος 65+/-3 gr/m²
- Οι παρυφές του επιδέσμου να είναι υφασμένες σε μορφή ούγκιας και όχι κομμένες
- Να είναι ατομικά συσκευασμένος σε σελοφάν που να φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επισημάνσεις.
- Ο αριθμός των συνδετήρων να είναι:
 - Ένας (1) για επιδέσμους πλάτους 6-8 cm
 - Δύο (2) για επιδέσμους πλάτους 10-12cm.
- Να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί στους 135 °C
- Να έχει καλή ελαστικότητα.
- Να είναι κατασκευασμένος από υποαλλεργικό υλικό.
- Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
- Μα είναι συμβατός με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
- Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.

ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΩΝ

- Το κούμπωμα να είναι αεροπορικού τύπου
- Να φέρονται σε θήκες
- Να είναι κατασκευασμένες από ενθετικό υλικό (σκληρό νάιλον)
- Να έχουν πλάτος τουλάχιστον 5 cm
- Να είναι αδιάβροχες
- Να φέρουν μεταλλικό μηχανισμό ασφαλείας και κουμπί για γρήγορη απασφάλιση
- Διάσταση διπλής ζώνης 1,55cm.
- Διάσταση μονής ζώνης 1,90cm.
- Να πλένονται.

Τεχνικές προδιαγραφές σύριγγας μιας χρήσης

- Το σετ σύριγγα – βελόνα να είναι αποστειρωμένο.
- Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
- Να είναι εφοδιασμένη με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου.
- Τα υλικά κατασκευής να είναι το πολυπροπυλένιο για τον κύλινδρο, πολυαιθυλένιο για το έμβολο και το καουτσούκ σιλικονισμένο για το ελαστικό παρέμβυσμα.
- Η αποστείρωση να έχει πραγματοποιηθεί με αιθυλενοξείδιο
- Να προσφερθούν τα μεγέθη ρύγχους: 1, 2.2, 5, 10, 20 και 60 ml
- Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.
- Να έχει πιστοποίηση CE.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Όλα τα παραπάνω να είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 681/Β' 8-8-91.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά δείγμα του προς προμήθεια υλικού.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Τεχνικές προδιαγραφές νεφροειδούς μιας χρήσεως

- Να είναι κατασκευασμένο από χαρτί (μη τοξικό).
- Να έχει ικανοποιητικό βάθος.
- Η μία πλευρά του να έχει κοίλωμα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στο πηγούνι του ασθενούς.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να διατίθενται σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων τουλάχιστον.

