

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β

Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία : 12-03-13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕ- ΡΟΜΗΝΙΑ Υ- ΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΧ
1. Β7/05-03-13	Προμήθεια με παράδοση στο ΕΚΑΒ Λαμίας ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ εξωτερικής απινίδωσης για αυτόματους απινιδωτές ZOLL AED PLUS (STAT-PADZ II). : Τριάντα έξη (36) τεμάχια - Η προμήθεια θα γίνει με πίστωση. - Η προσφορά να ισχύει τουλάχιστον τρεις μήνες - Οι κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ	19-03-13	#1.800,00 €# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ23%)	ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλ. : 2231044444-2231023333 Fax : 2231067865 E-mail : d.chaleplis@ekab.gr

Τεχνικές προδιαγραφές αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης & βηματοδότησης για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή

- Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης.
- Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adapter).
- Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση.
- Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγωγίμες πλάκες κατασκευασμένες από κασίτερο.
- Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων. Η χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του.
- Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου.
- Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους.
- Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex και να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα.
- Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και βηματοδότηση.
- Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση.
- Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια είδους, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του.
- Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
- Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO και το προϊόν να διαθέτει μεταξύ άλλων πιστοποιητικών που ζητούνται παραπάνω, και CE mark.


Η επιτροπή



1. Ιακωβίδου Ε.



2. Κίτσιος Ε.



3. Λούκος Ι.