

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΥΡΞΗ

Παράρτημα : **Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Ημερομηνία 24/05/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
256/17-05-13	Ρινικοί καθετήρες οξυγόνου (γαλάκια) Τεμ.500 Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές	28/05/2013	130,00 €	Πληροφορίες Νοσηλευτική Ευφραιμίδου Μ Μερτσανίδου Χ. Τηλ. 2310 397 143 Επιτροπή Μπαλάσκα Μ. Τηλ. 2310 397 145 e-mail: m.mpalaska@ekab.gr Γραφείο Προμηθειών Χάνδρος Άγγελος Ιωαννίδου Πετρούλα Τηλ. 2310 397114-115 Φαξ 2310 347310 e-mail: th.anastasiadis@ekab.gr



Τεχνικές προδιαγραφές ρινικού καθετήρα O₂

- Να είναι κατασκευασμένος από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διατηρείται στην θέση τοποθετήσεώς του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες
- Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O₂
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση
- Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80 m
- Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O₂ να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
- Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να διαθέτει οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

